

			Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1735212716716 din 26 Decembrie 2024					Data: „ ” 20	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
1	2			3	4	5	6	7	8	
33100 000-1	1	Set introductor radial scurt	Set introductor radial scurt	Prelude PSI-4F-7-018 4F 7cm PSI-5F-7-018 5F 7cm PSI-6F-7-018 6F 7cm PSI-7F-7-018 7F 7cm sau PSI-4F-11-018 4F 11cm PSI-5F-11-018 5F 11cm PSI-6F-11-018 6F 11cm PSI-7F-11-018 7F 11cm	SUA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic metalic de 21-22G si fir de ghidare 0.018-0.021", introducatorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea tecii de 7-11 cm. Marimi disponibile 5-7 F, cu profil ultra-subtire: diametru extern la 5F <2.15mm, la 6F <2.5mm si la 7F <2.8mm, pt reducerea dimeniunii arteriotomiei si riscuui RAO. Miniguide cu lungimi de 40-45cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic metalic de 21-22G si fir de ghidare 0.018-0.021", introducatorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea tecii de 7-11 cm. Marimi disponibile 5-7 F, cu profil ultra-subtire: diametru extern la 5F <2.15mm, la 6F <2.5mm si la 7F <2.8mm, pt reducerea dimeniunii arteriotomiei si riscuui RAO. Miniguide cu lungimi de 40-45cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000397919 DM000397923 DM000397920 DM000397924 DM000397921 DM000397925 DM000397922 DM000397926	

33100 000-1	2	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard	BMW II HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II 1009664 1009664J 1009665 1009665J	SUA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozei, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau “in J” Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014”.(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozei, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau “in J” Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014”.(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000373070 DM000373069 DM000373070 DM000373071	
----------------	---	--	--	---	-----	--------	--	--	--	--

							2 buc: câmp adeziv 75x75cm (±5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (±15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumental 150x200cm (±5cm), dubl stratificat 1buc camp 75x190cm (±5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (±5cm); integru, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70 cm(±5cm); 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30x40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mineca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltăime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc	3 buc: câmp adeziv 75x75cm (±5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (±15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumental 150x200cm (±5cm), dubl stratificat 1buc camp 75x190cm (±5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (±5cm); integru, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70 cm(±5cm); 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30x40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mineca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltăime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

[illegible]

	4	Set introductor pentru puncție	Set introductor pentru puncție	Prelude PSI-5F-11-035-18G 5F 11cm PSI-6F-11-035-18G 6F 11cm PSI-7F-11-035-18G 7F 11cm PSI-8F-11-035-18G 8F 11cm PSI-5F-11-038-18G 5F 11cm PSI-6F-11-038-18G 6F 11cm PSI-7F-11-038-18G 7F 11cm PSI-8F-11-038-18G 8F 11cm	SITA	Merit	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G in interiorul catetului	DM000397910 DM000397911 DM000397909 DM000397912 DM000397936 DM000397933 DM000397938	

		pentru puncte arterială femurală	pentru puncte arterială femurală	PSI-5F-23-035 5F 23cm PSI-6F-23-035 6F 23cm PSI-7F-23-035 7F 23cm PSI-8F-23-035 8F 23cm PSI-5F-23-038 5F 23cm PSI-6F-23-038 6F 23cm PSI-7F-23-038 7F 23cm PSI-8F-23-038 8F 23cm	Medical	terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000397930 DM000397934 DM000397935 DM000397937 DM000397940	
--	--	--	--	--	---------	--	---	---	--

		Ghid proceduri periferice suport sport si ocluzii cronice	Ghid proceduri periferice suport sport si ocluzii cronice	Hi-Torque Connect 1012587 Hi-Torque Connect 1012588 Hi-Torque Connect 1012589 Hi-Torque Connect Flex 1012590 Hi-Torque Connect Flex 1012591 Hi-Torque Connect Flex 1012592 Hi-Torque Connect 250T 1012593 Hi-Torque Connect 250T 1012594 Hi-Torque Connect 250T 1012595	SUA	Abbott	Diametru 0.018", 0.014 , lungimi de , 195 si 300 cm, material otel inoxidabil, Lungime radiopaca de 3cm, material radiopac tungsten platinum, Acoperire proximala : Hydrophobica, acoperire distala : Hydrophilica de 16 cm, Gama de sarne oferita sa aiba 3 greutati ale varfului diferit : 4 g pentru suport sport, 12 g pentru leziuni torturoase, 30 g pentru ocluzii cronice	Diametru 0.018", 0.014 , lungimi de , 195 si 300 cm, material otel inoxidabil, Lungime radiopaca de 3cm, material radiopac tungsten platinum, Acoperire proximala : Hydrophobica, acoperire distala : Hydrophilica de 16 cm, Gama de sarne oferita sa aiba 3 greutati ale varfului diferit : 4 g pentru suport sport, 12 g pentru leziuni torturoase, 30 g pentru ocluzii cronice	
--	--	---	---	---	-----	--------	--	--	--

Semnat : electronic

Ofertantul: Life Med SRL

Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice

Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30