

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Nr. 21064395\_ocds-b3wdp1-MD-1663947437572 din 23 septembrie 2022, 18:37

Obiectul de achiziției: *Achiziționarea Dispozitivelor medicale*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<i>Sterilizator cu aer cald</i>	M 5040P (SS)	Turcia	Elektro-Mag	<p><b>Sterilizator cu aer cald uscat</b> destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox, construcție exterioară cu acoperire anticorozivă.</p> <p><b>Caracteristici tehnici:</b>                      Volumul camerei sterilizatoare – 80 L±5L.                      Regimuri de sterilizare programabile.                      Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior.                      Protecție la supraîncălzire – analogic digitală.                      Alarmă acustică vizuală.                      Temperatura 50<sup>0</sup>–200<sup>0</sup>C, abatere temperatură nu mai mare de 3<sup>0</sup>C.                      Setarea timpului 1–999 min, abatere timp – ≤ 1 min.                      Timp de încălzire pînă la 180<sup>0</sup>C ≤ 25 min.                      Regim de sterilizare prestabilite: 180<sup>0</sup>C, 60min; 160<sup>0</sup>C, 150 min; 120<sup>0</sup>C, 45 min.</p>	<p><b>Sterilizator M 5040P SS</b>, cu aer cald uscat, destinat sterilizării instrumentelor medicale, cu construcție interioară din oțel inoxidabil, construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b>                      Volumul camerei: 100 L                      Regimuri de sterilizare programabile                      Camera sterilizatorului menține instrumentele sterile, nu există orificii cu acces direct la exterior                      Protecție la supraîncălzire – digitală                      Alarmă acustică, vizuală                      Temperatura: 50<sup>0</sup>–250<sup>0</sup>C, abatere temperatura - +/- 2 <sup>0</sup>C                      Setarea timpului 1–99 h 59 min                      Timp de încălzire pînă la 180<sup>0</sup>C ≤ 25min.                      Regim de sterilizare prestabilite                      Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75<sup>0</sup>C.                      Deconectare de avariere – când depășește 250<sup>0</sup>C                      Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore.                      Rafturi ≥ 3, din oțel inox.                      Alimentare: cerințe de alimentare larețeaua electrică 190–240 V, 50-60Hz.</p>	CE

				<p> Timpul de răcire: <math>\leq 35</math> min, pînă la <math>75^{\circ}\text{C}</math>.  Deconectare de avariere la temperatura <math>205^{\circ}\text{--}235^{\circ}\text{C}</math>.  Tipul de funcționare fără întrerupere <math>\geq 8</math> ore.  Rafturi <math>\geq 3</math>, din oțel inox.  Alimentare: cerințe de alimentare la rețeaua electrică 200–240 V, 50 Hz.  <b>Anul producerii 2022.</b>  <b>Documente:</b> proces-verbal de predare- primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrologică, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.  Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.  Data livrării nu mai tîrziu de 30.11.2022. </p>	<p> <b>Anul producerii 2022.</b>  <b>Documente:</b> proces-verbal de predare- primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrologică, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.  Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.  Data livrării nu mai tîrziu de 30.11.2022. </p>
--	--	--	--	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC Neotec SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37