

## Certificat de calitate № 3326 pentru oxigen medicinal în stare gazoasă

Partida №: 0211  
Numărul cisternei IITK 5/0,25  
Masa netă

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,5	99.80
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.0004
3	Concentrația de H <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO <sub>2</sub> , nu mai mare	0.01	0.005
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78**

Inginer laborant: \_\_\_\_\_

Data: 10.11.2023

Laboratorul Secției de Producere

