

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1638547510009 (21048076)

Data: „23,12,2021

Alternativa nr.:

Achiziționarea dispozitivelor medicale (parafarmaceutice) în scopul realizării

Lot: _____

Pagina: __ din __

Denumirea licitației: Programului Național privind sănătatea, drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2022 Repetat 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33000000-0	1			China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	TCU380, dimensiune M (normală) . Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în specificația tehnică . Extras/dovadă de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina amed.md, (extras semnată și ștampilată de către participant), sau *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 * Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie 2022	TCU380, dimensiune M (normală) . Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în specificația tehnică . Extras/dovadă de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina amed.md, (extras semnată și ștampilată de către participant), sau *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 * Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie 2022	DC. Livrate pe contractul 20/00005
		Dispozitive intrauterine	Dispozitive intrauterine TCU 380A					

33000000-0	2	Prezervative din latex cu lubrifiere GT113-100		China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	diametru 52 mm-54 mm, lungimea 180 mm-190 mm, grosimea 0,05-0,08 mm Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se acceptă doar dispozitive medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, iar participanții la procedura de achiziție trebuie să prezinte - extras/dovadă de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina amed.md, (extras semnată și ștampilată de către participant) Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul specificației tehnice. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie 2022.	diametru 52 mm-54 mm, lungimea 180 mm-190 mm, grosimea 0,05-0,08 mm Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se acceptă doar dispozitive medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, iar participanții la procedura de achiziție trebuie să prezinte - extras/dovadă de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina amed.md, (extras semnată și ștampilată de către participant) Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul specificației tehnice. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie 2022.	Ce, ISO. Declarație de conformitate. Dispozitiv medical înregistrat în RS al AMDM. Livrate pe contractul 18/04166
		Prezervative din latex cu lubrifiere						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Diana Tutunaru _ În calitate de: jurist

Ofertantul: _IM NATUSANA SRL Adresa: _or. Codru, str. M. Eminescu 31