

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1697526239321 din 23.10.2023
Obiectul achiziției: Recirculatoare bactericide din Inox, pentru dezinfecție și prelucrare a aerului cu raze ultraviolete, în sala de angiografie biplanară

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Recirculatoare bactericide din Inox, pentru dezinfecție și prelucrare a aerului cu raze ultraviolete, în sala de angiografie biplanară	Recirculatoare bactericide din Inox, pentru dezinfecție și prelucrare a aerului cu raze ultraviolete Model <u>RBI 300</u>	Republica Moldova	Caravan Express” SRL	Recirculator bactericid Orizontal/perete Volum de aer 198 m3/ora Puterea lămpilor 2x55w, 10800 ore Zgomot 27 dB	Recirculatoare bactericide din Inox Metodă de montare- pe perete orizontal – da Volum de aer 198 m3/ora - da Puterea lămpilor 2x55w - da Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV – 10 800ore - da Nivelul maximal de zgomot – 27dB – da Inregistrarea AMDM DM000564969 Rg04-000160	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „AELO Grup”SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3