

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1595406774794 din 28.07.2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și mobilier medical								
Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Set otoftalmoscop de perete	VISION 4000	Pakistan	Medical Devices	<p>Set de diagnostic cu suport de prindere pe perete, compus din Otoscop + Oftalmoscop. Putere de ieșire 3,5 V, alimentare de la rețea 220 V, 50Hz.</p> <p>Otoscop cu mâner: Iluminare cu fibră optică, Bec xenon cu intensitatea luminii reglabilă, Lupa cu mărire: 3x</p> <p>Oftalmoscop cu mâner: Optica asferică de precizie, Examinarea fără umbre a fundului ochiului, Iluminare cu bec Halogen 2,5V, Cadran cu 18 lentile de corecție, Dioptrii de la +20 la -20. Fiecare set să conțină becuri de rezervă compatibile: 2 buc pentru oftalmoscop, 1 buc pentru otoscop</p>	<p>Set de diagnostic cu suport de prindere pe perete, compus din Otoscop + Oftalmoscop. Putere de ieșire 3,5 V, alimentare de la rețea 220 V, 50Hz.</p> <p>Otoscop cu mâner: Iluminare cu fibră optică, Bec xenon cu intensitatea luminii reglabilă, Lupa cu mărire: 3x</p> <p>Oftalmoscop cu mâner: Optica asferică de precizie, Examinarea fără umbre a fundului ochiului, Iluminare cu bec Halogen 2,5V, Cadran cu 18 lentile de corecție, Dioptrii de la +20 la -20. Fiecare set să conțină becuri de rezervă compatibile: 2 buc pentru oftalmoscop, 1 buc pentru otoscop</p>	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau