

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655212984326 din 21.06.2022

Obiectul achiziției: Instalație „Dip Coater”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Instalație „Dip Coater” (Aparat pentru obținerea filmelor subțiri prin metoda de imersare)	Dip Coater L2006A1-UK	Ossila Limited	Marea Britanie	Conform caietului de sarcini	<p>Aparat pentru obținerea filmelor subțiri prin metoda de imersare „Dip Coater”</p> <p>Motor pas-cu-pas cu precizie micrometrică. Software incorporat cu posibilitatea de a seta viteză variabilă pe parcursul extragerii din soluție pentru obținerea unui gradient de grosime a filmului. Posibilitatea setării de cicluri repetate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viteza de imersare-extragere (v): 0,01–50 mm/s; - Rata de reproductibilitate: de la ±0.01% pentru viteza minimă până la ± 0.3% pentru viteza maximă; - Distanța maximă de deplasare: minim de 100 mm; - Numărul de cicluri: min 500; - Durata maximă a timer-ului: min 50 ore; - Numărul de programe setate în memorie – min 20; - Dimensiunea probelor: max 200x350 mm (LxÎ). <p>Termen de garanție: 12 luni</p>	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau