




| | | | | | | | |
|------------|--|---------|----------|---------|---|---|--------------------------------------|
| 33000000-0 | Lot 2. Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 | PC80109 | Germania | Getinge | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu sensor-injectare. Ref: PC80109. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu sensor-injectare. Ref: PC80109. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Certificat de conformitate european. |
| 000000-0 | Lot 3. Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 | PMK-206 | Germania | Getinge | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale invazive. Ref: PMK-206. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale invazive. Ref: PMK-206. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Certificat de conformitate european. |




| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|----------|---------|--|---|--------------------------------------|
| 33000000-0 | Lot 32. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | 6692180 + 6692187 | Germania | Getinge | Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 33. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | 6522747 | Germania | Getinge | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow ic20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow-I C20. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Certificat de conformitate european. |
| 33000000-0 | Lot 34. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil s8tk.con | 6692180 + 6692187 | Germania | Getinge | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow I c20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow-I 20. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | Certificat de conformitate european. |




| | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|--------------|---|---|---|
| 33000000-0 | Lot 42. Tija pentru litoipisie ultrasonora de contact | 8742.012 | Germania | Richard Wolf | <p>Compatibila cu Richard Wolf. Ref:2271501.</p> <p>Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Compatibila cu Richard Wolf. Ref:2271501.</p> <p>Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Certificat de conformitate european.</p> |
| 00000-0 | Lot 55. Lampa Xenon 180W pentru surse | XBOR180W | Cehia | Orsam | <p>Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123.</p> <p>Timpu de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123.</p> <p>Timpu de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Certificat de conformitate european.</p> |



| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|---|---|---|
| 33000000-0 | <p>Lot 56. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice</p> | XENON 300BFA:PE | SUA | Excelita s | <p>Compatibili cu surse de lumina endoscopice FUJINON <i>XL-4450</i>, <i>OLYMPUS CLV-S190</i>, <i>RICHARD WOLF Highlight X300</i>. Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Compatibili cu surse de lumina endoscopice FUJINON <i>XL-4450</i>, <i>OLYMPUS CLV-S190</i>, <i>RICHARD WOLF Highlight X300</i>. Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | Certificat de conformita te european. |
| 33000000-0 | <p>Lot 63. Reîncărcat “Endocalui cu SHIRBERGER” Maquet CS300</p> | 0075-00- 0024-01 | Germania | Getinge | <p>Ref: 0075-00-0024-01, Volum 2 L.; gaz inert; puritatea gazului 99,999%. Compatibil cu Maquet CS300. Termen de prestare a serviciului 30 zile din momentul solicitării.</p> | <p>Ref: 0075-00-0024-01, Volum 2 L.; gaz inert; puritatea gazului 99,999%. Compatibil cu Maquet CS300. Termen de prestare a serviciului 30 zile din momentul solicitării.</p> | Certificat de conformita te european. |



| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|----------|---------|---|---|---|
| 33000000-0 | <p>Lot 64. Acumulator reîncarcabil 12VDC, 17.2 Ah, Ref: NP18-12B pentru Maquet CS300</p> | 0146-00-0039 | Germania | Getinge | <p>Acumulator reîncarcabil 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Acumulator reîncarcabil 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Certificat de conformitate european.</p> |
| 33000000-0 | <p>Lot 71. Kit de mentenanță/c alibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB blender</p> | 70104.7085 + 70104.7083 | Germania | Getinge | <p>Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p> | <p>Certificat de conformitate european.</p> |




Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA), lei | Preț unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|--------------|---|--------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33000000-0 | Lot 1. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 | Bucată | 1 | 13,965.00 | 16,758.00 | 13,965.00 | 16,758.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 2. Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 | Bucată | 1 | 10,521.00 | 12,625.20 | 10,521.00 | 12,625.20 | | |
| 33000000-0 | Lot 3. Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 | Bucată | 1 | 3,696.00 | 4,435.20 | 3,696.00 | 4,435.20 | | |
| 33000000-0 | Lot 32. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Set | 6 | 3,100.00 | 3,720.00 | 18,600.00 | 22,320.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 33. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | Bucată | 10 | 700.00 | 840.00 | 7,000.00 | 8,400.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 34. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Set | 5 | 3,100.00 | 3,720.00 | 15,500.00 | 18,600.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 42. Tijă pentru litotripsie ultrasonora de contact | Bucată | 5 | 14,000.00 | 16,800.00 | 70,000.00 | 84,000.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 55. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica | Bucată | 5 | 13,240.00 | 15,888.00 | 66,200.00 | 79,440.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 56. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice | Bucată | 3 | 13,995.00 | 16,794.00 | 41,985.00 | 50,382.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 63. Reîncărcarea Balonului cu Heliu pentru Maquet CS300 | Bucată | 3 | 6,900.00 | 8,280.00 | 20,700.00 | 24,840.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 64. Acumulator reîncărcabil 12VDC, 17.2 Ah, Ref: NP18-12B pentru Maquet CS300 | Bucată | 4 | 7,800.00 | 9,360.00 | 31,200.00 | 37,440.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 71. Kit de mentenanță/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender | Set | 1 | 20,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 24,000.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 72. Kit de mentenanță lan + instalare pentru dispozitivul BMU 40 | Set | 2 | 49,350.00 | 59,220.00 | 98,700.00 | 118,440.00 | | |
| 33000000-0 | Lot 73. Kit de mentenanță lan + instalare pentru dispozitivul "ENIMAGNET" Jobhelp System | Set | 1 | 78,000.00 | 93,600.00 | 78,000.00 | 93,600.00 | | |
| Total | | | | | | 496 067.00 | 595 280.20 | | |

Semnata de Ștefan Ghereg Șeful Biroului de Mentenanță, Pnumele: Dan Ghereg În calitate de: Director Executiv
 Ofertant: Ștefan Ghereg Chirurgie Adresa: Mesterul Manole 9



În decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019
 Conform SIA RSAP