

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623328428722

Denumirea procedurii de achiziție: Deservirea dispozitivelor medicale 2019 Lucrări de mentenanță preventivă și corectivă la dispozitive medicale (conform specificației atașate)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lot 56</b> <b>Mentenanța preventivă și corectivă la Microscop operator</b>						
56.1	Set Integro- Microscop Operator Pentero Digital cu vizualizare - cu accesorii	OPMI PENTERO 900	Germania	Carl Zeiss		<p>Проверка механических и моторизованных функций системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка оптических и механических компонентов</li> <li>- очистка поверхностей операционного микроскопа и концевиков световода</li> <li>- проверка подвижных механических компонентов операционного микроскопа</li> <li>- очистка и смазка механических узлов (при необходимости);</li> <li>- проверка функционирования рукояток микроскопа</li> <li>- проверка системы масштабирования (Zoom);</li> <li>- проверка системы видеозаписи, соосности видеокамеры</li> <li>- проверка источника света (HLQ);</li> <li>- очистка источника света от пыли</li> <li>- проверка целостности покрытия лампы</li> <li>- проверка линии электропитания источника света, штекерских контактов на наличие признаков износа</li> <li>- Проверка механических и электрических узлов штатива:</li> <li>- проверка разъемов питания и линий кабелей на наличие износа, повреждения</li> <li>- проверка колесной базы стэнда</li> <li>- проверка крепежных винтов</li> <li>- проверка работы всех транспортных замков для осей 1, 2 и 3</li> <li>- проверка функционирования магнитных тормозов для всех осей, где они используются</li> <li>- очистка всех охлаждающих вентиляторов на стэнде</li> <li>- калибровка осей 2 и 3</li> <li>- проверка системы автобаланса</li> <li>- Настройки системы/ компьютерная часть</li> <li>- проверка остатка свободного места на жестком диске микроскопа</li> <li>- проверка параметров BIOS (базовой системы ввода выхода) и системного времени</li> <li>- очистка компьютерного блока</li> <li>- калибровка дисплея</li> </ul>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316