

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744030580262 din 16.04.2025

Obiectul achiziției: Reactive și consumabile medicale de laborator suplimentar pentru a. 2025

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Set - Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergren la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic)	Liquichek Sedimentation Rate Control, Level 1 4x9 ml Ref: 514	SUA	Bio Rad Laboratories	Set – compus din două flacoane: nivel 1 (9ml) și nivel 2 (9ml). Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Set – compus din patru flacoane nivel 1 de 9 ml. Perioada de valabilitate de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	CE
		Liquichek Sedimentation Rate Control, Level 2 4x9 ml Ref: 515	SUA	Bio Rad Laboratories	Set – compus din două flacoane: nivel 1 (9ml) și nivel 2 (9ml). Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Set – compus din patru flacoane nivel 2 de 9 ml. Perioada de valabilitate de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levința Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2