

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1770631264203** din **09.02.2026**

Obiectul de achiziție: Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare și a dispozitivelor medicale pentru anul 2026 (procedură repetată)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LOT 1						
	ACFN (Aparat de cântărit cu funcționare neautomată clasa III pentru fiecare interval de măsurare)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	ACFN (Aparat de cântărit cu funcționare neautomată clasa III pentru fiecare interval de măsurare)	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (pînă la 500 kg, inclusiv) <i>(Verificarea metrologică se va efectua numai pentru aparatele de cîntărit incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal)</i>	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
2	LOT 2						
	Manometre cu indicator pînă la 600 kg/cm ²	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Manometre cu indicator pînă la 600 kg/cm ²	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0) <i>(Verificarea metrologică se va efectua numai pentru mijloacele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal)</i>	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
3	LOT 3						
	Manometre pentru oxigen	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Manometre pentru oxigen	Manometre de toate tipurile (cu contacte electrice, O ₂ , de măsurat	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare

						presiunea dinamică cu lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0 (Verificarea metrologică se va efectua numai pentru mijloacele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal)	
4	LOT 4						
	Psihrometre higrometre	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Psihrometre higrometre	Higrometre și psihrometre	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
5	LOT 5						
	Termometre din sticlă cu lichid, cu valoarea diviziunii >0,2 , de tip: TC-7-M1)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Termometre din sticlă cu lichid, cu valoarea diviziunii >0,2 , de tip: TC-7-M1)	Termometru din sticlă cu lichid, inclusive cu contact (val. diviziunii >0,2 °C)	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
6	LOT 6						
	Osteodensitometru	-	-	-	Osteodensitometru	-	-
7	LOT 7						
	Electroencefalografe și encefaloscoape	-	-	-	Electroencefalografe și encefaloscoape	-	-
8	LOT 8						
	Microscoape	-	-	-	Microscoape	-	-
9	LOT 9						
	Refractometre oftalmologice (verificare la CCD)	-	-	-	Refractometre oftalmologice (verificare la CCD)	-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dorin ȘERBAN** În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”** Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca, 28**