

Specificații tehnice (Anexa nr.22)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție:	21053606 / ocds-b3wdp1-MD-1647865439164 din 28.03.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen/bilumen necesar urgent 30 zile

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1.Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	ZKDN9F20	Polonia	Balton	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 9F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 10F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 9F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 10F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Fără cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC “SOGNO” S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț (Anexa nr.23)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție:	21053606 / ocde-b3wdp1-MD-1647865439164 din 28.03.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen/bilumen necesar urgent 30 zile

Cod CPV	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33194120-3	Lot 1.Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	buc	150	160.00	172.80	24,000.00	25,920.00	în decurs de 15 zile de la solicitare.
TOTAL						24,000.00	25,920.00	

Iarovoi Petru, Director FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2