

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Institutul de Neurologie și Neurichirurgie

Numărul achiziției comerciale: 21037677, ID ocds-b3wdp1-MD-1616597647611.							Data:29.03.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Diverse dispozitive medicale (glucometru, pulsoximetru, tensiometru) conform specificației atașate.							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Glucometru	HT100	Taiwan	Tyson Bio	Glucometru cu set de accesorii. Aparat pentru masurarea nivelului de glucoza in sânge. Tip de dispozitiv-glucometru. Principiu de funcționare-electrochimic. Unitate de glucoză - 0,6-35mmol/l. Calibrarea rezultatului - prin sânge. Timpul de testare - 0 - 5 sec. Volumul de sânge pe măsurare - 0 – 2ml. Echipament: - glucometru; dispozitiv de perforare; - lancete, 500 buc; - benzi de testare (glucoză), 500 buc; - banda de control; - soluție de control. Capacitate de memorie - 50 - 400 de măsurători. Deconectare automată - 1- 3 min inactivitate. Interval de măsurare - 0,6-35mmol/l.	Glucometru cu set de accesorii: glucometru; dispozitiv de perforare; lanțete - 500buc; benzi de testare (glucoză) - 500buc; -soluție de control și husă. Conform specificației tehnice depline solicitate (vezi anexa 1).	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virschi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data:29.03.2021