

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1744201300792 din 09.04.2025						
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice conform Caietului de sarcini						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
3. Set de reactivi pentru analizatorul hematologic OV-560 RET	OR50D5000, OR50C5000, OR50S5000, OR50L0500, OR50P0010	Franța	Balio Diagnostic	Setul de reactivi este destinat utilizării exclusive cu analizatorul hematologic OX-560 RET, fiind configurat special pentru a asigura performanța optimă a dispozitivului. Acesta include reactivi esențiali pentru diluție, liză, curățare și funcționarea fluidică a sistemului. Setul trebuie să conțină următoarele componente și volume: Diluant: 5000 ml – utilizat pentru diluarea probelor de sânge și asigurarea fluxului corect în analizator., Sheath Fluid: 5000 ml – lichid de curgere pentru separarea celulelor în timpul analizei. Lyse Reagent: 500 ml – destinat lizei eritrocitelor pentru determinarea parametrilor leucocitari. Detergent: 5000 ml – utilizat pentru curățarea	Set de reactivi p/u analizatorul hematologic OV-560 RET Setul de reactivi este destinat utilizării exclusive cu analizatorul hematologic OV-560 RET, fiind configurat special pentru a asigura performanța optimă a dispozitivului. Acesta include reactivi esențiali pentru diluție, liză, curățare și funcționarea fluidică a sistemului. Setul conține următoarele componente și volume: Diluant: 5000 ml – utilizat pentru diluarea probelor de sânge și asigurarea fluxului corect în analizator.,	

				sistemului și prevenirea contaminării probelor. Cleaner: 100 ml – soluție de curățare specializată pentru întreținerea analizatorului. Specificații tehnice: Produsele trebuie să fie compatibile exclusiv cu analizatorul OV-560 RET., Ambalajele reactivilor trebuie să fie sigilate și etichetate de producător. Termen de valabilitate: minim 20 luni de la data livrării., Condiții de depozitare: Temperatura camerei: 15°C – 35°C. Protejat împotriva expunerii directe la soare, înghețului și supraîncălzirii. Standarde de referință: Produsele trebuie să fie conforme cu reglementările ISO 13485 pentru dispozitive medicale. Reagenții trebuie să fie fabricați în conformitate cu Farmacopeea Europeană (Ph. Eur.) și să respecte cerințele IVD (In Vitro Diagnostic Regulation - EU 2017/746). Producătorul trebuie să dețină certificare ISO 9001 pentru sistemul de management al calității. Se acceptă numai reactivi originali de la producătorul Balio Diagnostics sau echivalentul, compatibili confirmați prin studii de validare. Fiecare set trebuie să fie livrat cu fișe tehnice și certificate de conformitate.	Sheath Fluid: 5000 ml – lichid de curgere pentru separarea celulelor în timpul analizei. Lyse Reagent: 500 ml – destinat lizei eritrocitelor pentru determinarea parametrilor leucocitari. Detergent: 5000 ml – utilizat pentru curățarea sistemului și prevenirea contaminării probelor. Cleaner: 100 ml – soluție de curățare specializată pentru întreținerea analizatorului. Specificații tehnice: Produsele sunt compatibile exclusiv cu analizatorul OV-560 RET., Ambalajele reactivilor vor fi sigilate și etichetate de producător. Termen de valabilitate: 24 luni de la data producerii, Condiții de depozitare: Temperatura camerei: 15°C – 35°C. Protejat împotriva expunerii directe la soare, înghețului și supraîncălzirii. Standarde de referință: Produsele sunt conforme cu reglementările ISO 13485 pentru dispozitive medicale. Reagenții sunt fabricați în conformitate cu Farmacopeea Europeană (Ph. Eur.) și respectă cerințele IVD (In Vitro Diagnostic Regulation - EU 2017/746). Producătorul deține certificare ISO 9001 pentru sistemul de management al calității.	
162. Coloană cromatografică pentru	959961-902	SUA	Agilent	Utilizare: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Caracteristici:	959961-902 Eclipse Plus C18.4.6*100 mm 3.5um	

HPLC				Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Mod de separare: fază inversată, C18, Diametru interior: 4.6 mm, Lungime: 100 mm, Dimensiunea particulelor: 3.5 µm, Dimensiunea porilor: 90-100 Å, Interval minim de pH: 2-9, Temperatura maximă: nu mai puțin de 60 °C, Încărcătura de carbon: 5-10%	Utilizare: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Caracteristici: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Mod de separare: fază inversată, C18, Diametru interior: 4.6 mm, Lungime: 100 mm, Dimensiunea particulelor: 3.5 µm, Dimensiunea porilor: 95 Å, Interval de pH: 2-9, Temperatura maximă: 60 °C, Încărcătura de carbon: 9%	
------	--	--	--	--	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaş** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**