

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație deschisă nr. 21021445						Data: „09” Aprilie 2020		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		"Reagenți pentru analize medicale de laborator și consumabile/piese de schimb "				Lot: _____		Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6		Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sînge, pH, bilirubină, urobilinogen, leucocite,densitate,corpi cetonici + control pentru fiecare lot							
6.1	33696500-0	Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sînge, pH, bilirubină, urobilinogen, leucocite,densitate,corpi cetonici + control pentru fiecare lot	Mission 11A	SUA	ACON	Ambalaj set a cîte 100 teste	Ambalaj set a cîte 100 teste	Certificat CE, ISO	
9		Proteina, leucocite, eritrocite, PH, glucoza							
9.1	33696500-0	Proteina, leucocite, eritrocite, PH, glucoza	Mission 8N	SUA	ACON	Ambalaj set a cîte 100 teste	Ambalaj set a cîte 100 teste	Certificat CE, ISO	
10		Test expres pentru determinarea substantelor stupefiante în urină cu 10 parametri							
10.1	33696500-0	Test expres pentru determinarea substantelor stupefiante în urină cu 10 parametri	DOA10	SUA	Lumiquick		Test expres pentru determinarea substantelor stupefiante în urină cu 10 parametri	Certificat CE, ISO	
11		HbsAg,							
11.1	33696500-0	HbsAg,	I231-1021	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+" și „- ,, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,e controlul „+" și „- ,, ELISA	Certificat ISO	
12		Anti-HBsAg							
12.1	33696500-0	Anti-HBsAg	I231-1271	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale conform anexei nr.3,e controlul „+" și „- ,, ELISA	Certificat ISO	
13		Anti-HBcoreAg sumar							
13.1	33696500-0	Anti-HBcoreAg sumar	I231-1081	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+" și „- ,, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,e controlul „+" și „- ,, ELISA	Certificat ISO	
14		Anti -HAV IgM							
14.1	33696500-0	Anti -HAV IgM	02.15	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale conform anexei nr.3,e controlul „+" și „- ,, ELISA	Certificat ISO	
15		Anti - HCV IgM							

15.1	33696500-0	Anti - HCV IgM	02.20	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,e controlul „+” și „-”, ELISA	Certificat ISO
16		Anti -HCV sumar						
16.1	33696500-0	Anti -HCV sumar	I231-1031	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,e controlul „+” și „-”, ELISA	Certificat ISO
17		HbeAg						
17.1	33696500-0	HbeAg	I231-1061	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,e controlul „+” și „-”, ELISA	Certificat ISO
18		Determinarea AFP						
18.1	33696500-0	Determinarea AFP	K225	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Certificat CE, ISO
19		Determinarea CA125						
19.1	33696500-0	Determinarea CA125	K222	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Certificat CE, ISO
20		Determinarea CEA						
20.1	33696500-0	Determinarea CEA	K224	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Certificat CE, ISO
21		CPR-LATEX						
21.1	33696500-0	CPR-LATEX	8.00.00.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale conform anexei nr.3,metoda Latex- Test	Cerințe generale conform anexei nr.3,metoda Latex- 100 Test	Certificat CE, ISO
22		ASLO - LATEX						
22.1	33696500-0	ASLO - LATEX	8.00.02.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale conform anexei nr.3,metoda Latex- Test	Cerințe generale conform anexei nr.3,metoda Latex- 100 Test	Certificat CE, ISO
23		RF-LATEX						
23.1	33696500-0	RF-LATEX	8.00.04.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale conform anexei nr.3,metoda Latex- Test	Cerințe generale conform anexei nr.3,metoda Latex- 100 Test	Certificat CE, ISO
24		D-Dimerii						

24.1	33696500-0	D-Dimerii	8.00.17.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale conform anexei 3, set ce include reactivul de lucru 1.0 ml, control P.N, sol de dizolvare, LATEX-TEST	Cerințe generale conform anexei 3, set D-Dimer Latex Kit, 100 Tests LATEX-TEST, D-Dimer Latex Reagent: 0.83% suspensie latex, 10mg/mL BSA si 0.1% sodium azide. ☐ D-Dimer Positiv Controlt, 5mg/mL BSA si 0.1% sodium azide. ☐ D-Dimer Negativ Control,5mg/mL BSA si 0.1% sodium azide. ☐ Dilutie Buffer ☐ Reactie- slaiduri ☐ betisoare	Certificat CE, ISO
25		Anti-TPO						
25.1	33696500-0	Anti-TPO	K131	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Certificat CE, ISO
26		TPHA (sifilis) , test						
26.1	33696500-0	TPHA (sifilis) , test	8.00.19.0.02 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale conform anexei 3, Hemaglutinare	Cerințe generale conform anexei 3, Hemaglutinare. Set 200 teste	Certificat CE, ISO
27		Troponima I, test rapid						
27.1	33696500-0	Troponima I, test rapid	CG2001	CHINA	Getein Biotech	Cerințe generale conform anexei 3,Sa fie indicate limita maxima de detecție,caruș, CROMATOGRAFICA	Cerințe generale conform anexei 3. 0,3 sensibilitatea,caruș, CROMATOGRAFICA	Certificat CE, ISO
28		IgE total						
28.1	33696500-0	IgE total	K200	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Certificat CE, ISO
29		T3						
29.1	33696500-0	T3	K211	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Certificat CE, ISO
30		T4						
30.1	33696500-0	T4	K212	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Certificat CE, ISO
31		TSH						
31.1	33696500-0	TSH	K201	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Certificat CE, ISO
32		PSA total						
32.1	33696500-0	PSA total	K221	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3,Sa fie indicate în instrucțiune normele după virstă, la cel puțin trei categorii de virstă, metoda ELISA	Certificat ISO
33		Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis						

33.1	33696500-0	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	TK058	Ucraina	Vitrotest Bioreagent	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Certificat ISO
36		Detectarea anticorpilor Ig G către Giardia lamblia (ser)						
36.1	33696500-0	Detectarea anticorpilor Ig G către Giardia lamblia (ser)	K171X	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Certificat CE, ISO
37		Determinarea calitativă/cantitativă a anticorpilor Ig M către Helicobacter pylori						
37.1	33696500-0	Determinarea calitativă/cantitativă a anticorpilor Ig M către Helicobacter pylori	K119M	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Certificat CE, ISO
38		Determinarea calitativă/cantitativă a anticorpilor IgG către Helicobacter pylori						
38.1	33696500-0	Determinarea calitativă/cantitativă a anticorpilor IgG către Helicobacter pylori	I231-1241	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3, 5calibratori. ELISA	Certificat CE, ISO
39		Determinarea calitativă a anti. IgG către Ascaris lumbricoides						
39.1	33696500-0	Determinarea calitativă a anti. IgG către Ascaris lumbricoides	TK051	Ucraina	Vitrotest Bioreagent	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, ELISA	Cerințe generale conform anexei nr.3, controlul „+” și „-”, ELISA	Certificat ISO
40		T-3 liber						
40.1	33696500-0	T-3 liber	I231-3051	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Certificat CE, ISO
41		T-4 liber						
41.1	33696500-0	T-4 liber	I231-3031	SUA	ACON	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Certificat CE, ISO
42		Prolactin						
42.1	33696500-0	Prolactin	K206	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Certificat CE, ISO
43		Cortizol						
43.1	33696500-0	Cortizol	K210	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Certificat CE, ISO
44		Progestin						
44.1	33696500-0	Progestin	K207	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Certificat CE, ISO
45		Testosteron						
45.1	33696500-0	Testosteron	K209	Federația Rusă	HEMA	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Elisa	Certificat CE, ISO
46		Test RPR Carbon						

46.1	33696500-0	Test RPR Carbon	8.00.18.0.05 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Metoda hemaglutinare, setul de teste include reactivul de lucru 1.0ml, control P.N, sol de dizolvare	RPR Carbon Antigen Kit, 500 Teste. RPR SYPHILIS CARD TEST. Calitativ si Semi- cantitativ , rapid card test pentru detectia Non-Treponema (reagin) in serum sau plasma. Set : RPR carbon antigen reagent. ☐ Positiv si negativ control. ☐ RPR test cards. ☐ Plastic beţisoare. ☐ pipeta.	Certificat CE, ISO
47		Determinarea CA 199						
47.1	33696500-0	Determinarea CA 199	K223	Federaţia Rusă	HEMA	Cerinţe generale conform anexei nr.3 de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+” şi „-”, calibratori. ELISA	Cerinţe generale conform anexei nr.3 de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+” şi „-”, calibratori. ELISA	Certificat CE, ISO
49		Troponima						
49.1	33696500-0	Troponima	K291	Federaţia Rusă	HEMA	Cerinţe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+” şi „-”, calibratori. ELISA	Cerinţe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+” şi „-”, calibratori. ELISA, bucăţi 96	Certificat CE, ISO
51		Determinarea anti HBs în ser ,test rapid						
51.1	33696500-0	Determinarea anti HBs în ser ,test rapid	71006	SUA	Lumiquick	Cartuş marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Cartuş sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Certificat ISO
52		Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB şi mioglobina în ser /plazma, cu ţel diagnostic al infarctului miocardic						
52.1	33696500-0	Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB şi mioglobina în ser /plazma, cu ţel diagnostic al infarctului miocardic	75003	SUA	Lumiquick	Cartuş marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Cartuş marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Certificat CE, ISO
53		HbsAg,-test rapid,cromatografic						
53.1	33696500-0	HbsAg,-test rapid,cromatografic	71004	SUA	Lumiquick	Cartuş marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Cartuş , sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Certificat ISO
54		Anti HCV sumar,-test rapid,cromatografic						
54.1	33696500-0	Anti HCV sumar,-test rapid,cromatografic	71030	SUA	Lumiquick	Cartuş marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Cartuş , sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Certificat ISO
55		Determinarea anticorpilor H.Pylori în ser , cu ţel diagnostic ,test rapid						
55.1	33696500-0	Determinarea anticorpilor H.Pylori în ser , cu ţel diagnostic ,test rapid	71024	SUA	Lumiquick	Cartuş marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Cartuş marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerinţe generale conform anexei nr.3	Certificat CE, ISO
56		Panel test card HBV-5 (HbsAg,antiHBs, HbeAg, AntiHbe, AntiHbcor sumar)						

56.1	33696500-0	Panel test card HBV-5 (HbsAg,antiHBs, HbeAg, AntiHbe, AntiHbcor sumar)	71014	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	Cartuș , sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	Certificat ISO
57		Determinarea singelui ocult în fecalii ,cartus/benzi,test rapid						
57.1	33696500-0	Determinarea singelui ocult în fecalii ,cartus/benzi,test rapid	72001	SUA	Lumiquick	teste marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	teste marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	Certificat CE, ISO
60.		Determinarea troponimei, Test rapid						
60.1	33696500-0	Determinarea troponimei, Test rapid	CG2001	CHINA	Getein Biotech	teste marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	teste marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	Certificat CE, ISO
61		Determinarea H.pylori în mase fecale, cu țel diagnostic, test rapid						
61.1	33696500-0	Determinarea H.pylori în mase fecale, cu țel diagnostic, test rapid	71020	SUA	Lumiquick	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic Cerințe generale conform anexei nr.3	Certificat CE, ISO
74		Eprubeta din polisterol mată fără etichetă și capac, volum 10 ml						
74.1	33696500-0	Eprubeta din polisterol mată fără etichetă și capac, volum 10 ml	318304	Italia	Syntesys		Eprubeta din polisterol mată fără etichetă și capac, volum 10 ml	Certificat CE, ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9