

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1769437622759
Obiectul achiziției: “ <u>Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2026</u> ”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar- de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru aparatură radiologică portativ Proslide 32 SR LOT 14	PROSLIDE 32 SR	Germania	PROTEC X-ray Systems GmbH (ex PROTEC GmbH & Co.KG))	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnică și atestare de la producătorul utilajului.	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnică și atestare de la producătorul utilajului.	Autoriz atie ANRA NR

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)