

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1692610258512](#) din 21.08.2023

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a utilajului pentru hemodializă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem de purificare a apei	Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 (1 buc.)	Germania	Fresenius Medical Care	Vizita 1: Menținerea sistemului de curățare a apei Demontarea țevilor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permeat. Instalarea conectorilor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permeat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permeat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactericid.	Vizita 1: Menținerea sistemului de curățare a apei Demontarea țevilor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permeat. Instalarea conectorilor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permeat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permeat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactericid.	
Dispozitiv pentru dializă	Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B (5 buc.)	Germania	Fresenius Medical Care	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor	

				electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplinește calibrarea fosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune.	electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplinește calibrarea fosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune.	
Semnat: _____ Dumitru Babinetchi în calitate de: administrator Ofertantul: “PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153						