

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1648556792594 din 05.05.2022

Obiectul achiziției: Consumabile și seturi jetabile pentru a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul-2. Ciarsaf jetabil steril	Ciarsaf jetabil steril	Turcia	Zenmed	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	material netesut (150mm 200mm)	Dec de confor ISO
Lotul-3. Halat p/u vizită getabile	Halat p/u vizită getabile	Turcia	Dry My	Halat de unica folosinta nesteril cu maneta, sms +/-115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărirmea L	Halat de unica folosinta nesteril cu maneta, sms +/-115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărirmea L	Dec de confor ISO
Lotul-4. Halat p/u vizită getabile	Halat p/u vizită getabile	Turcia	Dry My	Halat de unica folosinta nesteril cu manseta, sms +/-115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărirmea XL	Halat de unica folosinta nesteril cu manseta, sms +/-115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărirmea XL	ISO
Lotul-10. Set steril Mayo standart Cover	Set steril Mayo standart Cover	Turcia	Zenmed	(80x145cm) (+/-10cm)	(80x145cm) (+/-10cm)	Dec de confor ISO
Lotul-15. Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	Turcia	Zenmed	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc,	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc,	Declaratie de conf ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	
Lotul-24. Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie)	Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie)	Turcia	ZenMed	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	Dec de conforitate ISO
Lotul-25. Set din articole neșesute sterile (pentru masă mare de instrumente)	Set din articole neșesute sterile	Turcia	Zen Med	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului:	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului:	Declar de conf ISO

	(pentru masă mare de instrumente)			<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	
Lotul-26. Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	Set chirurgical universal de câmpuri sterile	Turcia	Zenmed	<p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reinforsata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; 	<p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare. 96x96 cm din SMS - 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reinforsata cu SMS. 152x229 cm –1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x145 cm - 1 buc - Șervețele pentru absorbție nu lase scame. 38x56 cm –1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - . 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; 	Dec de confort ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - Banda de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H₂O/cm². - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H₂O/cm². - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Banda de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H₂O/cm². - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H₂O/cm². - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Aelo Grup

Adresa: Mun.Chisinau, str. Petru Movila 23/5, ap (of) 3