

Oferta prezentată de SRL "HABSEV GRUP" nu corespunde cerințelor tehnice solicitate conform Anunțului de participare pentru Lotul nr. 26 "Clește ampermetric digital", și anume:

- s-a solicitat clește ampermetric digital ce dispune: interval măsurare rezistență 100mΩ...600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ, interval măsurare capacitate 0.1...100μF/ 1000μF, interval măsurare frecvență 5...500Hz, însă operatorul economic, oferă clește ampermetric digital ce dispune: interval măsurare rezistență 600 ohm/ 6 k ohm/ 60 k ohm/ 600 k ohm/ 6 M ohm/ 60 M ohm, interval măsurare capacitate 60 NF/ 600 NF/ 6 MF/ 60 MF/ 600 MF/6 MF/ 60 MF, interval măsurare frecvență 10 Hz/ 1 MHz.