

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Набор реактивов для
лабораторной диагностики
скрытой крови

07 1 9

ОКП 93 9816

СЕРИИ

Дата изготовления

июл 2019

Изготовитель **НИИ ИТиМ**, Санкт-Петербург

№Показатель	Требования по ТУ	Результаты анализа
1. Внешний вид 1.11. Реактив А амидопирин 1.12. Реактив СА Солянокислый анилин	Порошок белого цвета Порошок белого (от серого до светло- зеленого) цвета	ОООТВЕЧАЕТ ОООТВЕЧАЕТ
2. Технические характеристики 2.1. Чувствительность Азопирамной пробы в данных реактивов Положительная реакция при разведении крови не менее	1:50000	ОООТВЕЧАЕТ

Заключение: требования ТУ

ОООТВЕЧАЕТ

Начальник ОИ

Гавриков К.Е.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Настоящим удостоверяется, что товар, идентифицированный как сухие компоненты реактива для определения скрытой крови Азопирам лабораторная диагностика код: 382200000 ТНВЭД ОКПО 52125484

Страна происхождения: Россия

Изготовитель: НИИ ИТиМ

Дата изготовления:

июл 2019

Годен до:

июл 2020

№ партии:

07 1 9

Соответствует требованиям:

1 ГОСТ 58122-78

2. Государственной Фармакопее СССР, ст. 45

3. Методическим указаниям МЗ СССР 28-6/13 от 26.05.1988г.

Подпись ответственного лица

