

Specificații tehnice						
Numărul procedurii de achiziție: 21061899/ ocds-b3wdp1-MD-1660818598501 din 28.10.2022						
Obiectul de achiziției: Achizitia centralizata a endoprotezelor conform necesitatilor beneficiarilor pentru anul 2023						
Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil						
Componenta femurala primara cimentata	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1-0205308; 1-0205400 -> 1-0205508	Franta	Amplitude	Componenta femurală - Confectionat din aliaj de CoCr; - Disponibile variante cimentata si necimentata; - Anatomica: stanga / dreapta; - Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar lateralizat; - Geometria condililor asimetrica; - Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; - Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului	Componenta femurală Confectionata din aliaj de CoCr. Disponibile variante cimentata si necimentata. Anatomica: stanga / dreapta. Dimensiuni disponibile: minim 8. Santul patelar lateralizat. Geometria condililor asimetrica. Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital. Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
Componenta tibiala primara cimantata	SCORE TIBIAL COMPONENT 1-0200500 -> 1-0200508	Franta	Amplitude	Componenta tibiala primara cimentata : - Confectionata din aliaj de CoCr; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare; - Suprafata superioara lustruita; - Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	Componenta tibiala primara cimentata : Confectionata din aliaj de CoCr. Dimensiuni disponibile: minim 7. Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata. Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare. Suprafata superioara lustruita. Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare. Poate fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
Insertul tibial primar mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 -> 1-0205648	Franta	Amplitude	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat; - Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; - Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insertul tibial primar mobil Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE. Dimensiuni disponibile: minim 8. Grosimi disponibile: 5 pentru fiecare dimensiune. Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate. Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital. Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi. Modul de fixare: prin pivot central cilindric. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
Componentă patelară	SCORE PATELLA 1-0200830 -> 1-0200836	Franta	Amplitude	Componentă patelară -Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Tipul fixarii: cimentata cu pin / pini; - Congruenta completa cu santul patelar femural; - Dimensiuni disponibile: minim 3 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE. Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta pinteni de cimentare 3. Congruenta completa cu santul patelar femural. Dimensiuni disponibile: minim 3. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

Componenta Femurala	UNI SCORE FEMORAL COMPONENT 1-0202301 -> 1-0202307;1-0202201->1-0202207	Franta	Amplitude	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; - Sa fie disponibila varianta cimentata si necimentata; - Modalitatea de implantare: cimentata; - Sa prezinte minim 6 dimensiuni universale; - Sa permita utilizarea atat pe compartimentul medial cat si pe cel lateral; - Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Grosimea implantului maximum 6mm; - Sa prezinte 2 pini cilindrici cu inclinare de 550 – 650 fata de aspectul distal al implantului; - Suprafata articulara lustruita; - Raza de curbura constanta in plan sagital; - Sa permita combinarea unei marimi de femur cu minim 6 marimi de tibie; - Sa fie sterilizat cu raze gamma in vid	confectionata din aliaj de CoCr; - disponibila varianta cimentata si necimentata; - Modalitatea de implantare: cimentata; - Prezinta minim 6 dimensiuni universale; - Permite utilizarea atat pe compartimentul medial cat si pe cel lateral; - Suprafata interna prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Grosimea implantului maximum 6mm; - Prezinta 2 pini cilindrici cu inclinare de 65 grade fata de aspectul distal al implantului; - Suprafata articulara lustruita; - Raza de curbura constanta in plan sagital; - Permite combinarea unei marimi de femur cu minim 6 marimi de tibie; - Sterilizat cu raze gamma in vid	ISO; CE
Componenta Tibiala	UNI SCORE FULL- PE TIBIAL IMPLANT 1-0202811 -> 1-0202857	Franta	Amplitude	Sa fie confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultradensa UHMWPE; - Modalitatea de implantare: cimentata; - Sa prezinte minim 6 dimensiuni universale, increment 1mm; - Sa prezinte minim 5 grosimi - Suprafata articulara sa fie plata; - Pe suprafata inferioara sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare si o chila liniara; - Sa fie sterilizata cu raze gamma in vid.	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultradensa UHMWPE; - Modalitatea de implantare: cimentata; - Prezinta minim 6 dimensiuni universale, increment 1mm; - Prezinta minim 5 grosimi - Suprafata articulara este plata; - Pe suprafata inferioara prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare si o chila liniara; - Sterilizata cu raze gamma in vid.	ISO; CE
Set de instrumente în custodie	UNI SCORE INSTRUMENTS SET	Franta	Amplitude	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
-------------------------------	------------	-------	--	----------------------------	----------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Administrator

Ofertantul: GBG-MLD SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2