

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21311382 din 20.12.2024****Obiectul de achiziție: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 12</b>						
Senzor de oxigen (ref: R125P02-003)	U938-04E	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Eternity, SH300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Piesa originala nr. MAX 250B Maxtec. Termen de valabilitate 10 luni din data livrării.	CE
<b>Total lot 12</b>						
<b>Lotul 13</b>						
Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah	110242	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Oxylog 2000/3000 Plus, Dräger. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Baterie AKKUmed Li-Ion potrivită pentru Dräger Oxylog 2000 Plus, 3000, 3000 Plus, tip 2M86733 10,8 Volți 8,7 Ah - aprox. dimensiuni in mm 150x90x20 - aprox. greutate 0,495 kg. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	ISO
<b>Total lot 13</b>						
<b>Lotul 16</b>						
Cablu interconectare pentru forceps bipolar	92030	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu interconectare pentru forceps bipolar, reutilizabil cu ref cod. 351-040	Cablu HF bipolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Conectarea unității (Valleylab) - forceps (muță plată, dreaptă) 5m	CE
<b>Total lot 16</b>						
<b>Lotul 50</b>						
Optica 30° pentru Rezektoscop	GY140-030	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Telescop oblic tip HOPKINS, 30°, Ø 0,4 mm pentru rezektoscop, lungime 30 cm, autoclavabil 134 grade, ransmisia luminii cu fibră optică încorporată, utilizare cu echipamentul K. Storz disponibil	Histeroscop, autoclavabil 4,0 mm, 30°, L 302 mm	CE
<b>Total lot 50</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23