

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21628916 din 01.07.2026**Obiectul de achiziție: Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical – 2026 (2)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Electrod p/u electromiografie	CDE0201526	Italia	SPES MEDICA SRL	4.Electrod p/u electromiografie - diametru 20-24mm; - Material:Ag/AgCl; - SET 100 buc; - Cu cablu de interconectare lungimea 60cm cu conector DIN 42802.22	4.Electrod p/u electromiografie - diametru 20 mm; -Material:Ag/AgCl; - SET 100 buc; - Cu cablu de interconectare lungimea 150cm cu conector DIN 42802.22 Ø 1,5 mm	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Căciuliță EEG p/u copii (roz,albastru deschis)	0013.F03-UNI-S-E-21 + 0013.F04UNI-S-E-21	Italia	Bionen SRL	5.Căciuliță EEG p/u copii (roz, albastru deschis) - Cantitate: set din două căciulițe (roz & albastru deschis); - Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului; - Mărimea 38-42cm & 42-46cm; - Lavabilă - da; - Cu conector conector db25 "tata", compatibil cu EEG-urile Natus; - Cu curelusa pentru fixare	Căciuliță EEG p/u copii (GREEN, LIGHT BLUE) - Cantitate: set din două căciulițe (GREEN, LIGHT BLUE); - Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului; - Mărimea 38-42 cm & 43-47 cm; - Lavabilă - da; - Cu conector conector db25 "tata", compatibil cu EEG-urile Natus; - Cu curelusa pentru fixare	CE
Total lot 5						
Lotul 16						
Piese pentru monitorul de pacient "LM15 Lowenstein"	U401-A(09HL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment co., ltd	16.Senzor SpO2 reutilizabil - sensor SPO2 reutilizabil p/u adultcompatibil cu monitorul LM15, Lowenstein; Cod de referință: 15-100-0358 / 5010295; Lungime: minim 2.5 metri; Tip: tip clește, reutilizabil; Compatibil cu monitorul de pacient "Anyview P15, Biolight / Penlon / Lowenstein	Clemă pentru deget pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 16						
Lotul 21						
Piese ventilator pulmonar "SV 650, Mindray"	E-77/OS	Germania	IT Dr. Gambert GmbH/ Nuova	21.Senzor de oxigen - senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2), AA829-M10, compatibile cu ventilatoare Mindray SV650.	Interval de măsurare: 0 ... 100 Vol.%O2 Semnal de ieșire inițial: 7,5 ... 13,0 mV la aer ambiental uscat Timp de răspuns t90: < 12 s	CE
Total lot 21						
Lotul 22						
Piese pat electric multifunctional	300.000.704	Turcia	Horoz	22.Fișă cu împământare - fișă unghiulară cu împământare plată, 16A, neagra sau albă	Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V Model 300.000.704 Brand Horoz Nr. Poli 2P+N	ISO
Total lot 22						

Lotul 23						
Accesorii monitor de pacient"Carescape B450, GE"	U302-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment co., ltd	23.Cablu ECG - cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitor de pacient B 450 Carescape.	Cablu ECG - cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitor de pacient B 450 Carescape	CE
Total lot 23						
Lotul 24						
Accesorii monitor de pacient"BT-770, Bistos"	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment co., ltd	24.Senzor SpO2 - sensor SPO2 reutilizabil p/u adult compatibil cu monitorul BT-770 Bistos Co Ltd; Lungime: minim 2.5 metri; Tip: tip clește, reutilizabil; Compatibil cu monitorul de pacient "BT-770 Bistos Co Ltd".	Senzor SpO2 - sensor SPO2 reutilizabil p/u adult compatibil cu monitorul BT-770 Bistos Co Ltd; Lungime: 2.8 metri; Tip: tip clește, reutilizabil; Compatibil cu monitorul de pacient "BT-770 Bistos Co Ltd".	CE
Total lot 24						
Lotul 25						
Piese sursă de lumină optică "CLV-190, Olympus"	J2022	Indonesia	Excelitas	25.Lampă xenon - Piesă - Xenon lamp MAJ-1817; Compatibilitate: piesă sursă compatibilă cu sursa de lumină "CLV-190, Olympus"; Termen efectiv de exploatare: minim 500 ore; Construcție: ceramică & metal; Putere: cel puțin 300W; Cod de referință: 159-00-302917500.	25.Lampă xenon - Piesă - Xenon lamp MAJ-1817(J2022); Compatibilitate: piesă sursă compatibilă cu sursa de lumină "CLV-190, Olympus"; Termen efectiv de exploatare: minim 500 ore; Construcție: ceramică & metal; Putere: cel puțin 300W; Cod de referință: 159-00-302917500.	
Total lot 25						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23