

## Lot-4-Duodenoscop

Duodenoscop compatibil cu procesor EPK i5500c, Pentax sau HD-550, Sonoscape, din dotare

Specificația tehnică:

Unghiul câmpului de vedere: minim 100 grade -Da

Direcția de vedere laterală: minim 8 grade retro; -Da 15 grade

Adâncimea câmpului vizual: 4-60 mm; -Da

Capul distal: ≤13,6 mm; -Da, 13,5

Diametrul tub de inserție: ≤ 11,6 mm; -Da, 11,3

Unghi de atac:

Sus min 120 grade; -Da,

Jos min 90 grade; -Da,

Stînga min 90 grade -Da,

Dreapta min 110 grade -Da,

Diametrul canalului de lucru: ≤ 4,2 mm -Da,

Lungimea de lucru: max 1250 mm; -Da,

Lungimea totală: max 1550 mm -Da,

### ED-5GT Duodenoscope

|                             | ED-5GT                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Field of view               | 100°                                                          |
| Direction of view           | Backward side viewing 15°                                     |
| Depth of view               | 4-60 mm                                                       |
| Distal-end diameter         | 13.5 mm                                                       |
| Insertion tube diameter     | 11.3 mm                                                       |
| Instrument channel diameter | 4.2 mm                                                        |
| Angulation                  | Up / Down 120° / 90°, Left / Right 90° / 110°                 |
| Working length              | 1250 mm                                                       |
| Compatibility               | HD-500 series, HD-550 series, HD-650Exp series, X-2600 series |

Metoda de sterilizare chimic (etilenoxid-opțional). Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare. -Da, pag 32-55.