

Specificații tehnice (F4.1)

		Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1577965957088			Data: 14 ian 2020, 14:00 - 23 ian 2020, 14:00	
		Denumirea licitației: Consumabile pentru cardiochirurgie			Poziții: 6,4,9,12,13,14,16,17,19,24,39	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință	Standarde de referință
6	33100000-1	Proteze valvulare cardiace biologice	3300TFX	USA	Edwards	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, Marimea N 21	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, Marimea N 21	CE/ISO
		Proteze valvulare cardiace biologice	3300TFX	USA	Edwards	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, Marimea N 23	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, Marimea N 23.	CE/ISO
		Proteze valvulare cardiace biologice	3300TFX	USA	Edwards	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –	CE/ISO

						aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standardelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, Marimea N 25.	aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standardelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, Marimea N 25.	
7	33100000-1	Proteze valvulare cardiace biologice	7300TFX	USA	Edwards	c.Mitrle-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standardelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate a protezelor minimum 3 -4 ani Marimea N 27	c.Mitrle-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standardelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate a protezelor minimum 3 -4 ani Marimea N 27	CE/ISO
		Proteze valvulare cardiace biologice	7300TFX	USA	Edwards	c.Mitrle-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standardelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate a protezelor minimum 3 -4 ani Marimea N 29.	c.Mitrle-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standardelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate a protezelor minimum 3 -4 ani Marimea N 29.	CE/ISO
9	33100000-1	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip	73xxxx	UK	Vascutek	Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen), Diametrul (mm) – 32 Lungimea (cm) – 12-15	Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen), Diametrul (mm) – 32 Lungimea (cm) – 10-12-15-20	CE/ISO
12	33100000-1	Masca de Oxigen	MTW-L	Polonia	Zarys	PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210 cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210 cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	CE/ISO
13	33100000-1	Masca de Oxigen cu Nebulizator	MTN-L	Polonia	Zarys	forma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual	forma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual	CE/ISO
14	33100000-1	Canule nazale	CTND-200	Polonia	Zarys	Canule nazale pentru maturi, lungimea 200cm, abordare nazală-intoit	Canule nazale pentru maturi, lungimea 200cm, abordare nazală-intoit	CE/ISO
16	33100000-1	Borcan pentru drenaj/aspirator	28236	Italia	Gima	Borcan pentru drenaj/aspirator -2000 ml, cu capac, gradat, autoclavabil	Borcan pentru drenaj/aspirator -2000 ml, cu capac, gradat, autoclavabil	CE/ISO
17	33100000-1	Borcan pentru drenaj/aspirator	28226	Italia	Gima	-1000ml -cu capac -gradat -autoclavabil	-1000ml -cu capac -gradat -autoclavabil	CE/ISO
19	33100000-1	Laringoscop cu set de lame	34303+34317	Italia	Gima	miner standart din metal cromat, cu lumina rece si fibra optica , baterie 1,5V-Typ C baterie miner 2,5V,A-28mm , potrivit pentru una sau mai multe lame 5 lame tip Machintosh din otel inoxidabil nr.0,1,2,3,4, autoclavabile	miner standart din metal cromat, cu lumina rece si fibra optica , baterie 1,5V-Typ C baterie miner 2,5V,A-28mm , potrivit pentru una sau mai multe lame 5 lame tip Machintosh din otel inoxidabil nr.0,1,2,3,4, autoclavabile	CE/ISO

24	33100000 -1	Senzor pentru oxigen	E-77/0S	Germania	Nuova	-compatibil cu aparat de ventilare Mindray SV 600	-compatibil cu aparat de ventilare Mindray SV 600	CE/ISO
		Senzor pentru oxigen	E-15/5M	Germania	Nuova	-compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro	-compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro	CE/ISO
39	33100000 -1	Aspirator (Sistemă pentru aspirație în set cu tub)	ZO-212400104	Polonia	Zarys	Aspirator (Sistemă pentru aspirație în set cu tub)	Aspirator (Sistemă pentru aspirație în set cu tub)	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** în calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. Melestiu, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova**