

Anexa 1 la Formularul Specificatii Tehnice

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină ofertată
Servicii de deservire		
Tomograful Computerizat: Computer Tomograf multislice CT Brighspeed Elite 16 slices.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (alte decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (alte decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad în sarcina beneficiarului. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical.

	CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 1. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. 2. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.	în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 3. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Suntem în posesia cheii de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.
Tomograful Computerizat: Echipament de tomografie computerizata OPTIMA CT 660.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). OPERAȚIUNI GENERALE: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. OPERAȚIUNI MECANICE: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare;	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). OPERAȚIUNI GENERALE: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. OPERAȚIUNI MECANICE: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;

	▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 1. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. 2. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.	▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad în sarcina beneficiarului. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 1. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Suntem în posesia cheii de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.
Sistem imagistic SPECT/CT: Optima NM/CT 640 (doar SPECT).	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;

	▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o noua reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Depanarea Echipamentului în caz de defect se va face la intervenția solicitată de către beneficiar. Locul de Prestare: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. Termen de Execuție: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. Grafic de Prestare: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. Cerințe Generale: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. Condiții de Recepție a Serviciilor: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și	▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o noua reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Depanarea Echipamentului în caz de defect se va face la intervenția solicitată de către beneficiar. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad în sarcina beneficiarului. Locul de Prestare: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. Termen de Execuție: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. Grafic de Prestare: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. Cerințe Generale: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. Condiții de Recepție a Serviciilor: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale
--	---	--

	testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 4. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.	cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 5. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.
Echipament de rezonanță magnetică OPTIMA MR 360 1.5 Tesla.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad în sarcina beneficiarului. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE:

	GRAFIC DE PRESTARE: - Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: - Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. - Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. - Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: - Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; - Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; - Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 6. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.	- Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: - Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: - Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. - Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. - Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: - Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; - Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; - Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 7. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Suntem în posesia cheii de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces..
Echipament radiologic Discovery XR656.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE - evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare; - evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare; - verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). OPERAȚIUNI GENERALE: - curățarea părților componente ale echipamentului (alte decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); - controlul și eventual o noua reglare a aparatului; - înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. OPERAȚIUNI MECANICE: - verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice;	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE - evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare; - evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare; - verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). OPERAȚIUNI GENERALE: - curățarea părților componente ale echipamentului (alte decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); - controlul și eventual o noua reglare a aparatului; - înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. OPERAȚIUNI MECANICE: - verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ:

	▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 8. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.	▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad în sarcina beneficiarului. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 9. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Suntem în posesia cheii de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces..
Echipament radiologic mamografic Senographe Crystal.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni).	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2

	Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2 CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional;	CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). Operațiuni Generale: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. Operațiuni Mecanice: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. Operațiuni la Partea Electrică și Electronică: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad în sarcina beneficiarului. LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului;
--	---	---

	▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 1. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.	▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 1. Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Suntem în posesia cheii de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces..
Tomograful Computerizat: Echipament de tomografie computerizata Revolution Discovery CT 256 slice-uri.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). OPERAȚIUNI GENERALE: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. OPERAȚIUNI MECANICE: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR.	Lista serviciilor: Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 6 luni). Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului în afara de cele periodice: maxim 2. CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ▪ evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; ▪ evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; ▪ verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). OPERAȚIUNI GENERALE: ▪ curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician); ▪ controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; ▪ înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic. OPERAȚIUNI MECANICE: ▪ verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; ▪ eliminarea jocurilor la părțile mecanice; ▪ curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare. OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ: ▪ verificarea tensiunilor de alimentare; ▪ verificarea conexiunilor electrice; ▪ verificarea cablurilor de masă; ▪ curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; ▪ verificarea funcționării motoarelor; ▪ verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; ▪ verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). DEPANAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CAZ DE DEFECT SE VA FACE LA INTERVENȚIA SOLICITATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad în sarcina beneficiarului.

	LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 1.Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Scrisoare de garanție că ofertantul posedă cheia de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.	LOCUL DE PRESTARE: ▪ Mentenanța/service-ul va fi asigurat la sediul beneficiarului, respectiv autoritatea contractanta. TERMEN DE EXECUȚIE: ▪ Timpul de răspuns la solicitările beneficiarului va fi de maxim 48 de ore de la comunicarea telefonică / poștă electronică sau prin fax a solicitării. GRAFIC DE PRESTARE: ▪ Reviziile tehnice se efectuează conform cerințelor expuse în caietul de sarcini și graficul prestabilit. CERINȚE GENERALE: ▪ Serviciile de mentenanță/service/intervenție vor fi efectuate în prezența bioinginerului beneficiarului. ▪ Intervențiile efectuate de către inginerii prestatorului trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului medical, în caz contrar cheltuielile de reparație vor fi suportate de către prestatorul de servicii. ▪ Garanția pentru serviciile prestate vor fi minim de 6 luni de la data întocmirii raportului de service. CONDIȚII DE RECEPȚIE A SERVICIILOR: ▪ Recepționarea serviciilor de service se va întocmi în baza unui Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate și dacă echipamentul medical este funcțional; ▪ Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului; ▪ Emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanța se situează în apropierea limitelor specificate admise. CONDIȚII OBLIGATORII: 1.Prezentarea certificatelor de instruire acceptate de producătorul dispozitivului medical ce atestă pregătirea inginerului în efectuarea serviciilor de mentenanță/intervenție pentru fiecare dispozitiv medical solicitat. Suntem în posesia cheii de service pentru acces la opțiunile avansate de service, în cazul dacă echipamentul necesită această cheie de acces.
--	---	--