

AR-325B

Mașină de anestezie



Specificatii tehnice

PARAMETRU	SPECIFICAȚIE
Corpul principal	Raft din plastic de inginerie de înaltă rezistență, ușor, frumos și rezistent la coroziune
Scopul aplicatiei	Adult, copil
Sursa de gaz	O2: 0,27-0,55Mpa; N2O: 0,27-0,55MPa.
Debitmetru	O2: 0,1-1,0 L / min; 1,1-10 L / min N2O: 0,1-1,0 L / min; 1,1-10 L / min Aer: 0,1-10L / min
O2, N2O Linkage și N2O Dop	La utilizarea oxidului de azot, concentrația de oxigen > 25%; Când presiunea de oxigen <0,2 KPa, fluxul de oxid de azot va fi întrerupt.
Debitul aprovizionării rapide cu oxigen	25-75L / min
Alarma de presiune	Va exista o alarmă sonoră atunci când presiunea oxigenului

scăzută a oxigenului	<0.2MPa
Vaporizator	Are funcția de compensare automată bazată pe presiune, temperatură și debit. Gama de reglare a concentrației evaporatorului este de 0-5 vol%. Dintre Halotan, Enfluran, Isofluran și Sevofluran, unul poate fi ales pentru aplicare, după cum solicită clientul. Și sunt disponibile și vaporizatoare care sunt importate cu ambalaj original.
Circuitul respirator	Mod de lucru: aproape închis, semi-închis, semi-deschis; APL: 0,5-7kPa
Burdof respirator	Burdof pentru adulți, intervalul volumului mareelor: 0-1500ml; Burdof pentru copii, interval de volum mareic: 0-300ml. Oricine poate fi ales pentru cerere, după cum solicită clientul

VENTILATOR

Modul de afișare	Ecran tactil de 10,4 ", LCD color TFT de înaltă definiție
Modul de ventilație	IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, MANUAL, SIGH, IMV, VCV, PCV
Parametrii de ventilație	Volumul mareelor 20 - 1500ml Rata 1 - 99bpm Rata SIMV 2 - 20bpm I: E 4: 1 - 1: 8 Presiune de declanșare inspirată -1,0 - 2,0kPa PEEP 0-2,0kPa Gama de presiune 1,0-6,0kPa VEDE de 1,5 ori timpul inspirator, 70-150 reglabil Platforma inspiratoare 0-50%
Parametrii pentru ventilație Monitorizarea	Volumul mareelor, volumul de ventilație, rata IPPV, rata SIMV, rata respiratorie totală, I / E, presiunea maximă a căilor respiratorii, presiunea medie, forma de undă presiune - timp, debitul - forma de undă timp, PEEP, presiunea de declanșare inspiratorie, platforma inspiratorie, inspirator autonom rata, respectarea plămânilor, rezistența căilor respiratorii, bucla flux-volum, bucla presiune-volum
Monitorizarea oxigenului Concentrație	21% - 100%

SISTEM DE ALARMĂ DE SECURITATE

Alarma de concentrare a oxigenului	Gama de setare a limitei superioare 21% - 100%; Limita de setare a limitei inferioare 10% - 80%
Alarma de presiune a căilor respiratorii	Intervalul de setare a limitei superioare 0,3-6,0 kPa; Limita de setare a limitei inferioare 0,2-5,0 kPa.
Alarma volumului de ventilație pe minut	Gama de setare a limitei superioare 3,0-30L / min; Limita de setare a limitei inferioare 1.0-10L / min.
Presiune înaltă susținută Alarma	Va da alarma atunci când stresul a fost constant mai mare de 2,5 kPa
Alarmă de sufocare	Va da alarma sonoră și lumină dacă nu există intrare de volum mareic timp de 15 secunde

ALARMĂ DE PUTERE

Putere	AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz, baterie de stocare (UPS)
--------	---

Arme mecanice (monitorizare expiratorie a CO2)

Notă: Articolele între paranteze sunt opționale.

Monitor pacient M-9000E

12 inch Șase parametri standard: ECG, RESP, NIBP, SPO2, 2_TEMP, PR / HR