

| Lot 2. Lampa bactericidă medicală recirculară de perete |                                                                                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Specification requested by customer                                                                         | Specifications proposed by the manufacturer                                                   |
|                                                         | Lampa bactericidă medicală recirculară de perete                                                            | Lampă bactericidă medicală pentru reciclarea pereților                                        |
|                                                         | Sursă de iradiere – lampă ultravioletă                                                                      | Sursa de iradiere-lampa UV                                                                    |
|                                                         | Confecționată din metal                                                                                     | Fabricat din metal                                                                            |
|                                                         | Greutatea 3 kg NETO + 10%;                                                                                  | Greutate 4 kg Neto + 10%;                                                                     |
|                                                         | Sursa de energie electrică 220 -230 V                                                                       | Sursa de alimentare 220V                                                                      |
|                                                         | Dimensiunile 700 x1000mm; 110 x210 mm; 170 -250mm                                                           | Dimensiuni 125X125X1100 mm                                                                    |
|                                                         | Numărul lămpilor – două                                                                                     | Numărul de lămpi-două                                                                         |
|                                                         | Tipul iradierii – închis                                                                                    | Tip de iradiere-închis                                                                        |
|                                                         | Puterea utilizată de 2 lămpi – /60-75/ W                                                                    | Puterea utilizată de 2 lămpi - / 60-W                                                         |
|                                                         | Lungimea unde 253,7 nm                                                                                      | Lungime de undă 253,7 Nm                                                                      |
|                                                         | Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 80 -100 m3 pe oră;                                         | Performanță ( nivel de procesare pe oră) = 190 m3 pe oră;                                     |
|                                                         | Termenul de exploatare a lămpii = 8000 - 10000ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; | Durata de viață a lămpii = 9000 ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; |
|                                                         | Puterea lămpii = 30-35 WT                                                                                   | Puterea lămpii = 30 W                                                                         |
|                                                         | Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru                 | Nu.                                                                                           |
|                                                         | Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților;                                     | Poate iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților                                  |
|                                                         | Fără ozon                                                                                                   | Fără ozon                                                                                     |
|                                                         | Nivelul potențialului risc 2 E;                                                                             | Nivelul riscului potențial 2 E                                                                |
|                                                         | Nivelul de protecție la electrocutare – tip B                                                               | Nivel de protecție împotriva electrocutării-tip B                                             |
|                                                         | Tip de protecție la electrocutare – clasa I;                                                                | Tip de protecție împotriva electrocutării-clasa I                                             |
|                                                         | Nivelul acustic max – 40 DB;                                                                                | Nivel de sunet max-40-42 dB                                                                   |
|                                                         | Termenul de garanție minim 36 luni;                                                                         | Perioada de garanție de 36 luni                                                               |
|                                                         | Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă;                   | limbile română sau rusă                                                                       |
|                                                         | Să fie indicată data producerii pe fiecare lampă                                                            | da                                                                                            |
|                                                         | Certificat de calitate CE obligatoriu.                                                                      | Certificat de calitate CE                                                                     |