

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară
8 aprilie 2025
Aleona Dumitrascu, Tel.: +37379477446, CodreanuAlena@rambler.ru
ocds-b3wdp1-MD-1743420368927 din 08.04.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	33100000-1	LOT 10 Pâlnie de filtrare	4001.100.05	Germania	Omsons	sticlă, diametrul pâlniei ≈ 8 cm, diametrul tubului – 9 mm, lungime pâlniei – 15 cm	Palnie sticla, laborator, analitica, D75mm, L145mm,	ISO, CE Marca
11	33100000-1	LOT 11 Recipiente pentru recepționarea probelor	25030	Italia	FL Medical	Recipiente de masă plastică pentru recepționarea probelor, cu volumul de 150 mL, ce corespund cerințelor GOST R 50962-96	Container probe biologice, 150 ml, cu gradatie pina la 120 ml, cu zona mata marcare, capac ermetic aparte cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea, PP, nesteril. Fisa tehnica atasata. DM000373245	ISO, CE Marca
14	33100000-1	LOT 14 Mănuși de unică folosință	RD30309003	Polonia	Mercator	Mănuși de nitril, nepudrate (100 buc.), mărimea M	Manusi nitril, nitrylex®, fara talc, texturate, albastre, M, cutie 100 buc	ISO, CE Marca
15	33100000-1	LOT 15 Acetonă	20,065,362	Austria	VWR/Avantor	≥ 99,5 %, gpr rectapurDensitate (20/4) – 0,790-0,793Reziduuri la evaporare ≤ 20 ppmConținut de substanțe reducătoare a KMnO4 (O) ≤ 2 ppmConținut de apă ≤ 0,3 %CAS Number: 67-64-1Recipient de plastic, opac, cu volumul de 5LÎnsoțit de Certificat de analiză	Acetona >99.5 %, GPR RECTAPUR, 5L, 20065.362, ≥ 99,5 %, gpr rectapurDensitate (20/4) – 0,790-0,793 Reziduuri la evaporare ≤ 20 ppmConținut de substanțe reducătoare a KMnO4 (O) ≤ 2 ppmConținut de apă ≤ 0,3 %CAS Number: 67-64-1Recipient de plastic, opac, cu volumul de 5LÎnsoțit de Certificat de analiză	ISO, CE Marca
16	33100000-1	LOT 16 Acetonitril	83642.320-2.5L	Austria	VWR/Avantor	≥ 99,95 %, HiPerSolv CHROMANORM for HPLC ULTRA LC-MS grade - suitable for LC-MS/UPLC/UHPLC/Ultra HPLC instrumentsCAS Number: 75-05-8Aciditatea ≤ 0,0001 meq/gAlcalinitatea ≤ 0,0002 meq/gDensitate (20/4) – 0,781-0,784Reziduuri la evaporare ≤ 1 ppmConținut de apă ≤ 10 ppmTransmitanța (193 nm) ≥ 60 %Transmitanța (195 nm) ≥ 90 %Transmitanța (200 nm) ≥ 98 %Transmitanța (210 nm) ≥ 98 %Transmitanța (215 nm) ≥ 99 %Transmitanța (220 nm) ≥ 99 %Transmitanța (230 nm) ≥ 99 %Fluorescența (as quinine) (254/450 nm) ≤ 1 ppb Fluorescența (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppbRecipient de sticlă maro cu volumul de 2,5 LÎnsoțit de Certificat de analiză	Acetonitrile >99.95%, HiPerSolv CHROMANORMB ULTRA for LC-MS, for UPLC/UHPLC-MS instr	ISO, CE Marca
32	33100000-1	Lot 32 Hârtie de filtru albă în rulon/ repetat	F1093-740R	Ucraina	MPM Weidmann	1buc = 114 kg L=740mm, 74g/m2, gros. 0.17mm, MPM Weidman	Hârtie de filtru, marca F, L=740mm(1 buc = 168 kg)	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCIMIE"
Nicolae Iurcu