

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1655712720171** din 08.07.2022

Obiectul achiziției: **Procurarea utilajului medical**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Butelie pentru gaze comprimate 50 L	Butelie din oțel pentru gaze comprimate 50 L	CHINA	Shandong Group Co LTD		Buteliid in oțel pentru gaze comprimate cu ventil pentru heliu,oxygen,azot,hydrogen. Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /J10036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidraulică	
Butelie pentru gaze comprimate 50 L	Butelie din oțel pentru gaze comprimate 50 L	CHINA	Shandong Group Co LTD		Butelii din oțel pentru gaze comprimate cu ventil pentru Bioxid de carbon, Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /J10036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidraulică	
Reductoare de presiune pentru azot	Reductor presiune pentru azot marca GCE	CEHIA	Gas Control Equipment GCE		Reductor pentru azot marca GCE Presiune intrare 200 bar Presiune iesire- 10 bar Racord iesire G3 / 8 Dotat cu manometre de intrare și secundare de	

					inalta calitate conform EN ISO 2503 , acoperire multistrat- pentru rezistenta la factorii de mediu conectare la butilie de tip EN 1089-3.buletin de verificare metrologică a manometrelor	
Reductor de presiune pentru acetilena	Reductor presiune pentru acetilena marca GCE	CEHIA	Gas Control Equipment GCE		Reductor pentru acetilena marca GCE Presiune intrare 200 bar Presiune iesire- 10 bar Racord iesire G3 / 8 Dotat cu manometre de intrare și secundare de inalta calitate conform EN ISO 2503 , acoperire multistrat- pentru rezistenta la factorii de mediu conectare la butilie de tip EN 1089-3.buletin de verificare metrologică a manometrelor	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Galbur Igor În calitate de: manager vinzari

Ofertantul: ACSEAL GAZ SRL Adresa: Chisinau ,str. Padurii 13
28.07.2022