

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1772547732662 din 3 mart 2026
Obiectul achiziției: Serviciilor de mentenanță periodică și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lotul 10					
Analizator microbiologic, automat, Vitek Compact 30 (secția LAM)	Analizator microbiologic, automat, Vitek 2 Compact 30 (secția LAM)	SUA	BIOMERIEUX	1 Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1 Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (unul pe an). Conform recomandării producătorului 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate. Piese de schimb nu sunt incluse în preț.