

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1753095904507 din 14 august 2025
Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente medicale

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
	Lampa chirurgicala	set	1	109000,00	130800,00	109000,00	130800,00	Livrarea se va efectua: până la 90 de zile de la înregistrarea contractului.	
	TOTAL					109000,00	130800,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1753095904507 din 14 august 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente medicale

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lampa chirurgicală	700/700 LED	China	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd.	Lampă chirurgicală cu doi sateliți Garanție minim 24 de luni. Sistem de iluminat cu 2 corpuri satelitare (dome-uri) montate pe brațuri articulate, pentru utilizare în blocul operator. Montare - tavan: da Braț mobil articulat cu mișcări multidirecționale (rotație 340°-360°): da Tip sursă de lumină: LED de înaltă performanță, fără emisii de infraroșu (IR) sau ultraviolet (UV): da Durată de viață LED-uri: ≥ 60.000 ore: da Temperatura de culoare ajustabilă: între 3.500 K – 5.000 K: da Indice de redare a culorii (CRI): ≥ 95 Ra: da Intensitate luminoasă reglabilă: până la ≥ 160.000 lux (per satelit): da Iluminare minimă: ≥ 40.000 lux: da Diametru câmp luminat: reglabil, între 200 mm – 400 mm, cu respectarea toleranței de $\pm 30\%$ fata de valoarea declarata, conform EN 60601-2-41: da Uniformitatea iluminării: $\geq 60\%$: da Panou de control digital pe fiecare satelit sau centralizat, cu reglare: intensitate luminoasă, temperatură de culoare, diametru camp: da Sistem fără umbre: prin suprapunere fascicule LED multiple: da Sterilizabilitate - mâner central autoclavabil: da Mișcări braț: flexibile și ușor de poziționat, cu frânare mecanică sau pneumatică: da Rotire dome: 360° în jurul propriei axe: da Înălțime reglabilă: adaptabilă la diferite săli de operație: da Compatibil conform standardului: CE, ISO 13485. Tensiune de alimentare: 220–240V / 50–60 Hz.	Lampă chirurgicală cu doi sateliți Garanție 24 de luni. Sistem de iluminat cu 2 corpuri satelitare (dome-uri) montate pe brațuri articulate, pentru utilizare în blocul operator. Montare - tavan: da Braț mobil articulat cu mișcări multidirecționale (rotație 340°-360°): da Tip sursă de lumină: LED de înaltă performanță, fără emisii de infraroșu (IR) sau ultraviolet (UV): da Durată de viață LED-uri: ≥ 60.000 ore: da Temperatura de culoare ajustabilă: între 3.500 K – 5.000 K: da Indice de redare a culorii (CRI): ≥ 95 Ra: da Intensitate luminoasă reglabilă: până la ≥ 160.000 lux (per satelit): da Iluminare minimă: ≥ 40.000 lux: da Diametru câmp luminat: reglabil, între 250 mm – 300 mm, cu respectarea toleranței de $\pm 30\%$ fata de valoarea declarata, conform EN 60601-2-41: da Uniformitatea iluminării: $\geq 60\%$: da Panou de control digital pe fiecare satelit sau centralizat, cu reglare: intensitate luminoasă, temperatură de culoare, diametru camp: da Sistem fără umbre: prin suprapunere fascicule LED multiple: da Sterilizabilitate - mâner central autoclavabil: da Mișcări braț: flexibile și ușor de poziționat, cu frânare mecanică sau pneumatică: da Rotire dome: 360° în jurul propriei axe: da Înălțime reglabilă: adaptabilă la diferite săli de operație: da Compatibil conform standardului: CE, ISO 13485. Tensiune de alimentare: 220–240V / 50–60 Hz.	CE/ISO

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia