

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761635798049 din 28 oct 2025
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2026 (sistem închis)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
7. Consumabile , reagenți pentru analizatorul imunologic Vidas Kube	VIDAS® High sensitive Troponin I (TNHS), 415386	Franța	bioMérieux SA	Troponin High-Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Vidas Kube in amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei/- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanțului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtic sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participanțului.	VIDAS® High sensitive Troponin I este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS® în vederea determinării troponinei I ca indice umane în serul și plasma umane, utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza enzimelor în fluorescență)). Calibrare se efectuează la fiecare 56 de zile. Acest test este destinat a fi utilizat ca ajutor în diagnosticarea infarctului miocardic (IM) și pentru stabilizarea riscului pacienților cu simptome sugesive pentru sindrom coronarian acut (ACS) în ceea ce privește riscul relativ de mortalitate din orice cauză și de evenimente cardiace adverse majore (MACE) constând în infarct miocardic și revascularizare, la 30 de zile. <i>Gama de măsurare a testului VIDAS® High sensitive Troponin I se extinde de la 4,9 până la 40.000 ng/l.</i> Conform specificațiilor tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate – test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® D-Dimer Exclusion IIP™ (DEX2), 30455-02	Franța	bioMérieux SA	D-Dimer Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Vidas kube in amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei/- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanțului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtic sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participanțului.	VIDAS® D-Dimer Exclusion IIP™ este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de aparate VIDAS® pentru determinarea imuno-enzimatică a produsului de degradare a fibrinei (FBDP) în plasma umană (citrat de sodiu) utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Calibrarea trebuie efectuată o dată la 28 de zile. Utilizarea VIDAS® D-Dimer Exclusion IIP™ împreună cu un model evaluare a probabilității clinice pretest permite a exclude tromboza venoasă profundă (DVT) și embolismul pulmonar (EP) în cazul pacienților externi suspecți de DVT sau de EP. Utilizat împreună cu regula de decizie clinică (CDR) HERDOO2 permite evaluarea riscului de recurență a tromboembolismului venos (VTE) în cazul femeilor cu un VTE inițial neprovoacat, cit și ghidarea duratei terapiei anticoagulante orale. Conform specificațiilor tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate – test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® Ferritin (FER), 30411	Franța	bioMérieux SA	Ferritin pentru analizatorul imunologic Vidas Kube test cantitativ. Teste pentru analizatorul imunologic mini Vidas teste pentru determinarea cantitativa ferritin în amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei/- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanțului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtic sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participanțului.	VIDAS® Ferritin este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru a determina ferritina umană în serul sau plasma umană (depinat de litu sau EDTA), folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimatiche în fluorescență). Calibrare se efectuează la fiecare 14 zile. Conform specificațiilor tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate – test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® T3 (T3), 30403	Franța	bioMérieux SA	Triiodotironina T3. Teste pentru analizatorul imunologic Vidas kube pentru determinarea cantitativa Triiodotironina T3 în amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei/- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanțului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtic sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participanțului.	VIDAS® T3 este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a triiodotironinei totale (T3) din serul sau plasma umană (heparinat de litu) folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimatiche în fluorescență). Calibrarea se efectuează la fiecare 56 de zile. Conform specificațiilor tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate – test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® T4 (T4), 30404	Franța	bioMérieux SA	Tiroxina T4. Teste pentru analizatorul imunologic Vidas Kube pentru determinarea cantitativa Tiroxina T4 în amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei/- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanțului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtic sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participanțului	VIDAS® T4 este o analiză cantitativă automată pentru utilizarea pe gama de aparate VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a tiroxinei (T4) totale din serul sau plasma umană (litu-heparinată), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay- Analiza reacțiilor enzimatiche în fluorescență). Calibrarea se efectuează la fiecare 28 de zile. Conform specificațiilor tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate – test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® TSH (TSH), 30400	Franța	bioMérieux SA	TSH teste pentru analizatorul imunologic Vidas Kube Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa TSH în amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anselele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertei/- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanțului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtic sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participanțului.	VIDAS® TSH este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS®, în vederea determinării imunosensitivizate a nivelurilor de hormon de stimulare tiroidiană în serul sau plasma umană (litu-heparinată), utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza reacțiilor enzimatiche în fluorescență)). Calibrarea se efectuează la fiecare 56 de zile. Conform specificațiilor tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate – test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO

Semnat:
Ofertantul: S.R.L. Mediclim AM

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director
Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1