

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1648556792594</b> din <b>05.05.2022</b> |   |                 |              |   |   |                        |
|--|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: <b>Consumabile și seturi jetabile pentru a.2022</b>     |   |                 |              |   |   |                        |
| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
| 1  | 2                                       | 3               | 4            | 5   | 6   | 7                      |
| Lotul-5. Husa pentru laparoscop.   | 740.099.01                              | Turcia          | Medcare      | p/u protejarea camerei de laparoscop chir.sterila (30cmx250cm) (+/-10cm)  | p/u protejarea camerei de laparoscop chir.sterila (30cmx250cm) (+/-10cm)  | ISO/CE                 |
| Lotul-7. Scutece de unica folosință  | Mavi Beyaz                              | Turcia          | Ciftciler    | protecție pat (60x90)(+/-10cm)  | protecție pat (60x90)(+/-10cm)  | ISO/CE                 |
| Lotul-8. Scutece de unica folosință  | FLEXI LIFE PLUS                         | Turcia          | Ciftciler    | De tip pampers, L,M, pt maturi  | De tip pampers, L,M, pt maturi  | ISO/CE                 |
| Lotul-10. Set steril Mayo standart Cover   | 710.001.01                              | Turcia          | Medcare      | (80x145cm) (+/-10cm)  | (80x145cm) (+/-10cm)  | ISO/CE                 |
| Lotul-14. Set din articole neșesute sterile(pentru urologie)                               | 171.001.01                              | Turcia          | Medcare      | Set din articole neșesute sterile (pentru urologie)<br>Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)   | Set din articole neșesute sterile (pentru urologie)<br>Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)   | ISO/CE                 |
| Lotul -19. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur)                 | 153.003R.01                             | Turcia          | Medcare      | Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, 36 - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)   | Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, 36 - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)   | ISO/CE                 |
| Lotul -21. Set din articole neșesute sterile (pentru craniotomie)                          | 140.001.01                              | Turcia          | Medcare      | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului: - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul 37 chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H2O/cm2 - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului: - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul 37 chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H2O/cm2 - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de | ISO/CE                 |

|  |            |        |         |  |  |        |
|--|------------|--------|---------|--|--|--------|
|  |            |        |         | instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)   | instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)   |        |
| Lotul -26. Set chirurgical universal de câmpuri sterile. | 110.002.01 | Turcia | Medcare | <p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc</p> <p>- Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc</p> <p>- Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)</p> | <p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc</p> <p>- Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc</p> <p>- Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)</p> | ISO/CE |

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocar Vera**  
Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L.

În calitate de: **Administrator**  
Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**