

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21578964/ ocds-b3wdp1-MD-1773219252633 din 31.03.2026

Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile secția laborator 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATORUL EDAN H60						
DILUENT	Diluent 20 l, HD600	CHINA	Edan	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu EDAN H60	Reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l, compatibil cu EDAN H60	ISO, CE
Soluție LYSE	Lyse 500 ml, HL600	CHINA	Edan	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500ml,compatibil cu EDAN H60	Reagent pentru hemolizare, volumul 500ml, compatibil cu EDAN H60	ISO, CE
Soluție de spălare	Cleaner HC310, 50 ml	CHINA	Edan	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EDAN H60	Detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă, volumul 50ml , compatibil cu EDAN H60	ISO, CE
Material de control 3 nivele EDAN H60	Set de control hematologic ED-60D	CHINA	Edan	compatibil cu EDAN H60	Set de control in trei nivele (L, N, H), 3x3 ml	ISO, CE
LOTUL 6 REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATORUL EDAN H60						
DILUENT	Diluent 20 l, HD600	CHINA	Edan	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu EDAN H60	Reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l, compatibil cu EDAN H60	ISO, CE
Soluție LYSE	Lyse 500 ml, HL600	CHINA	Edan	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500ml,compatibil cu EDAN H60	Reagent pentru hemolizare, volumul 500ml, compatibil cu EDAN H60	ISO, CE
Soluție de spălare	Cleaner HC310, 50 ml	CHINA	Edan	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EDAN H60	Detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă, volumul 50ml , compatibil cu EDAN H60	ISO, CE
Material de control 3 nivele EDAN H60	Set de control hematologic ED-60D	CHINA	Edan	compatibil cu EDAN H60	Set de control in trei nivele (L, N, H), 3x3 ml	ISO, CE
LOTUL 12 REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATORUL EMERALD 22						

EMRLD22 DIL AV CD, 9H6201,10l	EMRLD 22 DIL AV CD, 9H6201	SUA	Abbott	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu EMERALD 22	Reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 10l , compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
EMRLD 22LYSE BIT CD,9H6101,500ml	EMRLD 22LYSE BIT CD, 9H6101	SUA	Abbott	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500ml,compatibil cu EMERALD 22	Reagent pentru hemolizare, volumul 500ml, compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
EZ Cleaner CD,9H6001,980ml	EZ Cleaner CD, 9H6001	SUA	Abbott	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EMERALD 22	Detergent enzimatic proteolitic concentrat pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
Material de control 3 nivele EMERALD 22	CD 22 CTRL, 9H7202	SUA	Abbott	compatibil cu EMERALD 22	compatibil cu EMERALD 22. Flacoane cu volum 2,5 ml, valabilitatea flaconului deschis <u>minimum 4 săptămâni.</u>	ISO, CE
Sol.concentrată de hipohlorid 0,5%, 1l	Sol.concentrată de hipohlorid 0,5%, 1l	SUA	Abbott	compatibil cu EMERALD 22	compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
LOTUL 16 REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATORUL EMERALD 22						
EMRLD22 DIL AV CD, 9H6201,10l	EMRLD 22 DIL AV CD, 9H6201	SUA	Abbott	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu EMERALD 22	Reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 10l , compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
EMRLD 22LYSE BIT CD,9H6101,500ml	EMRLD 22LYSE BIT CD, 9H6101	SUA	Abbott	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500ml,compatibil cu EMERALD 22	Reagent pentru hemolizare, volumul 500ml, compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
EZ Cleaner CD,9H6001,980ml	EZ Cleaner CD, 9H6001	SUA	Abbott	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EMERALD 22	Detergent enzimatic proteolitic concentrat pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
LOTUL 22 REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATORUL EMERALD 22						
EMRLD22 DIL AV CD, 9H6201,10l	EMRLD 22 DIL AV CD, 9H6201	SUA	Abbott	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu EMERALD 22	Reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 10l , compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
EMRLD 22LYSE BIT CD,9H6101,500ml	EMRLD 22LYSE BIT CD, 9H6101	SUA	Abbott	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500ml,compatibil cu EMERALD 22	Reagent pentru hemolizare, volumul 500ml, compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE

EZ Cleaner CD,9H6001,980ml	EZ Cleaner CD, 9H6001	SUA	Abbott	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EMERALD 22	Detergent enzimatic proteolitic concentrat pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil cu EMERALD 22	ISO, CE
Lot 24 Reagenți și consumabile pentru analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”						
Prime Plus Sensor Card:w/COOx (Standard)	61604, Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (Standard) 1/100 teste	SUA	Nova Biomedical	ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/100 teste. Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/100 teste, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Micro Sensor Card pentru 1/100 teste, compatibil cu analizatorul (standard). Conform cerintelor.	ISO, CE
Reference Sensor-Prime Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	57823, Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	SUA	Nova Biomedical	ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus” Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul (clinical) Conform cerintelor.	ISO, CE

Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 100 Sample	57825, Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 100 Sample	SUA	Nova Biomedical	<p>ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/100 teste.</p> <p>Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/100 teste, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>	Cartus de calibrare pentru 100 teste, compatibil cu analizatorul. Conform cerintelor.	ISO, CE
Prime Plus Sensor Card –BLANK RENAL Sensor Card(Clinical)	58379, Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical)	SUA	Nova Biomedical	<p>ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”</p> <p>Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>	Sensor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul (clinical). Conform cerintelor.	ISO, CE

<p>Stat Profile Prime Plus Ampuled Control BG, COOX Levels 1,2,3</p>	<p>57844, Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls BG, COOX Levels 1,2,3; 10 amp.x3ml</p>	<p>SUA</p>	<p>Nova Biomedical</p>	<p>ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus” Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>	<p>Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; set-10amp. x 3ml., compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Plus, Nova Biomedical. Conform cerintelor.</p>	<p>ISO, CE</p>
<p>Stat Profile Prime Plus Ampuled Control Chemistry Levels 4,5</p>	<p>57845, Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10 amp.x3ml</p>	<p>SUA</p>	<p>Nova Biomedical</p>	<p>ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/ 10 amp.x 3 ml. Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/ 10 amp.x 3 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>	<p>Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; set-10amp. x 3ml, compatibil cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Plus, Nova Biomedical. Conform cerintelor.</p>	<p>ISO, CE</p>

Prime Safety Sample Port	52669, Prime Safety Sample Port	SUA	Nova Biomedical	<p>ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”</p> <p>Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>	Luer Station Safety Port, in set-5buc, compatibil cu analizatorul. Conform cerintelor.	ISO, CE
Printer Paper	49200, Printer Paper	SUA	Nova Biomedical	<p>ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”</p> <p>Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>	Rola hartie termorezistenta, compatibila cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Plus, Nova Biomedical. Conform cerintelor.	ISO, CE

Kit clot Catcher Capillary	38883, Kit Clot Syring	SUA	Nova Biomedical	<p>ambalaj standard p/u analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/ 20 bucăți.</p> <p>Firma furnizoare de reactivi și consumabili să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul analizatorului automat ale gazelor și electroliților în sânge”Stat Profile Prime Plus”, 1 set/ 20 bucăți., Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>	Adapter pentru captarea cheagurilor (set/200 buc) , compatibil cu analizatorul. Conform cerintelor.	ISO, CE
----------------------------	------------------------	-----	--------------------	---	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul:”GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2