

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1664984002525 / 21065137	Data: 26 noiembrie 2022	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	13	Bujii pentru sonde endotraheale	Bujii pentru sonde endotraheale	80700 (06, 10, 15)	Litania /Marea Britanie	Intersurgical	Dispozitiv(conductor) gradat cu vârful tip Coude si canal de oxigenare.Marimi 10,15Fr.	Bujie pentru intubație dificilă InterGuide - introductor flexibil de tub traheal, pentru localizarea traheei și plasarea ulterioară a tubului edotraheal, în situații dificile pentru managementul căilor respiratorii, mărimi 6FR, 10FR și 15FR, de unică folosință, nu conține latex, steril, ambalaj individual.	CE, ISO
33100000-1	56	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	MP01801	Germania	Draegerwerk	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Filtru mecanic HME TwinStar HEPA, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9999%, return H2O cel puțin 34,2 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de	CE, ISO
33100000-1	57	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la a umiditatii si caldurii	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la a umiditatii si caldurii	MP01805	Germania	Draegerwerk	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	CE, ISO
33100000-1	58	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	MP05750	Germania	Draegerwerk	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Umidificator "nas artificial" HME HumidStar Trach Plus, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	CE, ISO

33100000-1	59	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti	1790000	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectarii la pacienti), eficienta antivirala si antibacteriana peste 99,999%, conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min nu mai putin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilena, acril, ceramica.Ambalat individual, curat clinic.	Air-Guard Clear breathing filter, Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%, conexiuni 22F/15M - 22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	CE, ISO
33100000-1	60	Filtru pentru utilizarea în anestezie sau în TI	Filtru pentru utilizarea în anestezie sau în TI	MF01770	Germania	Draegerwerk	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru CareStar 30, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 30ml, greutate nu mai mult de 23g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	CE, ISO
33100000-1	69	Mandren intubare pentru sonde endotraheale	Mandren intubare pentru sonde endotraheale	80800(06, 10, 14)	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei.Marimi 6,10,14F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F: InterForm intubating stylet (size 6FR, OD 2.0mm, 275mm; size 10FR, OD 3.3mm, 340mm; size 14FR, OD 4.7mm, 340mm)	CE, ISO
33100000-1	73	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	2221+2222 2223+ 2224 + 2x2226 + 2x1967 + 2x1971	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 și 20,0 mm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, set de două mărimi p/u adulți (mare-medie și mică), cu două porturi 22M și 30F, în set sistem fixator, cu valva C-PEEP ajustabilă de la 2,5 la 20,0mm H2O	CE, ISO
33100000-1	74	Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	22(60,61,62,77)000	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	CE, clasa dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru masurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contina latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, valva de protectie de asfixie,sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.	VariFit, mască NIV, cu pernă de tehnologie "AIROgel" pentru confort sporit al pacientului. Culoarele codificate prin culori ajută clinicianul să aleagă masca corectă pentru ventilarea bilevel/CPAP utilizând sisteme de respirație cu un singur sau doi limburi. Sistem de fixare liber ventilabil, cu eliberare rapidă, conceput pentru a se potrivi cu ușurință pacientului și pentru a îmbunătăți confortul pacientului.	CE, ISO
33100000-1	78	Masca laringiana IGEL	Masca laringiana IGEL	82(04,05) 000	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Masca laringiana IGEL N3-5maturi	Sondă de intubație pentru controlul căilor aeriene supraglotice I-Gel, în set cu lubricant OptiLube; Material elastomer termoplastic medical, transparent, moale. Manșetă non-gonflabilă, corespunde exact structurilor anatomice (faringiene, laringiene și perilaringiene) și asigură un contact ermetic, fără traumatizare compresională. Canal integrat pentru aspirare de conținut gastric și plasare de sondă nazogastrică. Sterilizat cu etilenoxid, în ambalaj individual de polietilenă, cu lojement protectiv de plastic de culoare verde, galben, sur. Gel lubricant, solubil în apă, transparent, în sașete de 5 grame.	CE, ISO

33100000-1	79	Masca pentru oxigen	Masca pentru oxigen	1135015	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Nr. 4,5-6/maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Mască p/u oxigenoterapie Intersurgical EcoLite, de concentrație medie de oxigen, cu tub oxigen 2.1m, mărime universală pentru adult (nr.nr.4-5-6), unică folosință, cu fixator.	CE, ISO
33100000-1	97	Protecție pentru linie de monitorizare CO2	Protecție pentru linie de monitorizare CO2	2732000 + 2715000	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Protectie p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru compatibil cu capnometru Draeger Fabius	Linie de monitorizare CO2 L=2,45m, tub silicon moale cu adaptor de conectare + filtru de protectie. Ambalaj: individual, curat clinic.	CE, ISO
33100000-1	109	Set igiena orala	Set igiena orala	301600(1,3)	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Sa contina :tampon cu tub de aspiratie; tampon cu sistem de control pentru aspiratie;catetr pentru igiena orala cu sistem de aspiratie;periuta de dinti cu sistem de aspiratie; conector pentru aspiratie	OroCare Aspire suction toothbrush with chlorhexidine mouthwash, dispenser cup, lip sponge + OroCare mouthcare kit with chlorhexidine mouthwash and tooth gel, OroCare Aspire suction toothbrush OroCare Sensitive suction wand and dispenser cup	CE, ISO
33100000-1	118	Set pentru igiena cavității bucale la pacienți intubați	Set pentru igiena cavității bucale la pacienți intubați	3011000 + 3021000	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Periuță de dinți duritate moale , tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță , anbalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	Periuță de dinți duritate medie OroCare Mini, în set cu un sașet de gel de dinți OroClean, ambalate individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	CE, ISO
33100000-1	147	Tub conector la tubul de intubare Mount	Tub conector la tubul de intubare Mount	MP01840	Germania	Draegerwerk	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Tub prelungitor ErgoStar CM 40, pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu pentru endoscopie și sanare, lungime 100mm, conexiuni 22F/15M-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**