

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Licitatie Publica din 26.06.2021 IMSP SCMC "V. Ignatenco"

Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente medicale

Denumirea bunurilor	Modul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Tifon medical nesteril, 90cm densitatea 32g/m ²		Federatia Rusa	Fabrica NAVTEKS	Tifon medical, nesteril-bumbac 100% este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere-țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini. Caracteristici lizico-ecanice: lățime 90cm, densitate minimă 32g/m ² ; Caracteristici fizico-imice: hidrofilie pînă la 10sec.-agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003.	Tifon medical, nesteril-bumbac 100% este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere-țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini. Caracteristici lizico-mecanice: lățime 90cm, densitate minimă 32g/m ² ; Caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10sec.-agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003.	SM SR EN 14079:2003

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Slobodeanu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „SARVN” Adresa: mun.Chisinau, bd.Decebal,64