

Specificatii tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: 21009884

Denumirea licitatiei: Utilaj medical de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model	Produsator / Tara de origine	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
	Lot 50					
	Generator de oxigen	Oxy 6501	Kare Medical / Turcia	Concentrator de oxigen portabil, design modern, silentios, usor de folosit. Concentratia de oxygen este masurata continuu, debitul este reglabil in mai multe trepte. Oxigenul respirat este umidificat dintr-un dispozitiv special care se reumple cu apa plata. Aerul din camera folosit pentru obtinerea oxigenului este curatat de praf cu 2 filtre speciale. Aparatul este dotat cu alarme pentru temperatura, intreruperea tensiunii de alimentare, modificarea fluxului si a concentratiei de oxigen. Greutate: <14 kg Dimensiuni: <36×30×53 cm Debit de oxigen până la 5 l / min reglabil Debitmetru Mecanic, cu bila. Filtru și siguranțe ușor accesibile. Nivel zgomot: max 40 dB (A) Consum redus: 290 W Tensiune alimentare 220-230V 50Hz / 60 Hz, Monitorizarea timpului total de functionare, in ore, necesar	Concentrator de oxigen portabil, design modern, silentios, usor de folosit. Concentratia de oxygen este masurata continuu, debitul este reglabil in mai multe trepte. Oxigenul respirat este umidificat dintr-un dispozitiv special care se reumple cu apa plata. Aerul din camera folosit pentru obtinerea oxigenului este curatat de praf cu 2 filtre speciale. Aparatul este dotat cu alarme pentru temperatura, intreruperea tensiunii de alimentare, modificarea fluxului si a concentratiei de oxigen. Greutate: <12 kg Dimensiuni: <36×30×53 cm Debit de oxigen până la 5 l / min reglabil Debitmetru Mecanic, cu bila. Filtru și siguranțe ușor accesibile. Nivel zgomot: max 38 dB (A) Consum redus: 300-330W Tensiune alimentare 220-230V 50Hz / 60	ISO / CE

				pentru mentenanta dispozitivului, Concentrația de oxigen de la 90% +5.5%.. - 3%.	Hz, Monitorizarea timpului total de functionare, in ore, necesar pentru mentenanta dispozitivului, -pe Monitor. Concentrația de oxigen de la 93 ±3 %	
--	--	--	--	--	--	--

Ofertantul: EYECON MEDICAL SRL Adresa: Mun. Chisinau, Piata D.Cantemir nr.1

Numele, Prenumele: Ioan Razvan Carstocea În calitate de: Administrator

Specificatii de pret (F4.2)

Numarul procedurii de achizitie: 21009884

Denumirea licitatiei: Utilaj medical de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lot 50							
	Generator de oxigen	Buc.	4	9 900.00	11 880.00	39 600.00	47 520.00	45 de zile din momentul solicitarii la locul indicat de autoritatea contractanta
	Total Lot					39 600.00	47 520.00	

Ofertantul: EYECON MEDICAL SRL Adresa: Mun. Chisinau, Piata D.Cantemir nr.1

Numele, Prenumele: Ioan Razvan Carstocea În calitate de: Administrator