

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

| Numărul licitației publice: 21573775, ocds-b3wdp1-MD-1772187564611 | | | | | | Data: 09.03.2026 | Alternativa nr. | |
|--|------------|--|--|--------------------|------------------|---|---|---------------------------|
| Achiziționarea sistemului de șuntare, testelor rapide din probe nazale și capacelor T4 conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | | | | | | Lot: | pag. 1 din 1 | |
| No d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producăt orul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 33100000-1 | Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta | Influenza A+B Rapid Test Cassette / IIN-502 | China | Alltest | Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. | Test rapid Influenza A+B , din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: >97,9 % Specificitatea : >99,2 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. Instrucțiune de utilizare. Catalog pag. 14. Nr. de înregistrare DM000377309. | ISO, CE. |

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 09.03.2026

Valabilitatea ofertei - 90 zile.