

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718020323199
Obiectul achiziției: “Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lot 167 Piese pentru Mediso AnyScan						
Lot 167.1 Ventilator 12V/2.3W	Piesa de schimb Ventilator pentru Anyscan HPET DCS part number: PG-23-13-05	Ungaria	Mediso	Ref: KF0615H1HM-R sau PG-23-13-05. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan HPET DCS. Cu 3 fire și conector, tensiune 23V, putere 2.3W. Dimensiuni: 60x60x15 mm. RPM: 4500 +/- 10%	Ref: KF0615H1HM-R sau PG-23-13-05. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan HPET DCS. Cu 3 fire și conector, tensiune 23V, putere 2.3W. Dimensiuni: 60x60x15 mm. RPM: 4500 +/- 10%	CE, ISO
Lot 167.2 Ventilator pentru AnyScan HPET DCS FPGA	Piesa de schimb Ventilator pentru Anyscan HPET DCS FPGA part number: PG-23-13-04	Ungaria	Mediso	Ref: PG-23-13-04. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan.	Ref: PG-23-13-04. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan.	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)