

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1668785127063 /21067707 din: 18.11.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023(repetat)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
8	Agitator electric	HS-160C	China	ZenithLab	Destinația: pentru mixarea soluțiilor cu conținut de proteine plasmatice Proprietăți: compatibil cu tehnologia existentă. Compatibil cu dispozitivele aflate în dotarea instituției: Instalație modulară de fracționare a plasmei PZ7*1351, Producător Frigera 21, Cehia, anul producerii 2013 Cerințe: 1.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv; 2.Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și însușirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului; 3. Declarația privind asigurarea gratuită pe perioada de garanție (36 luni din data instalării și punerii în funcțiune) a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică/calibrare, inclusiv servicii de actualizare de hardware și software, conform programului prestabilit, realizat de către un inginer calificat în domeniu, autorizat de operatorul economic Criterii tehnice: 1.Viteza de lucru 12-2000 rpm 2.Puterea de lucru min-100W 3.Nivel înalt de securitate electrica 2. Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. 3. Anul producerii dispozitivului 2022-2023	Destinația: pentru mixarea soluțiilor cu conținut de proteine plasmatice Proprietăți: compatibil cu tehnologia existentă. Compatibil cu dispozitivele aflate în dotarea instituției: Instalație modulară de fracționare a plasmei PZ7*1351, Producător Frigera 21, Cehia, anul producerii 2013 Cerințe: 1.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv; 2.Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și însușirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului; 3. Declarația privind asigurarea gratuită pe perioada de garanție (36 luni din data instalării și punerii în funcțiune) a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică/calibrare, inclusiv servicii de actualizare de hardware și software, conform programului prestabilit, realizat de către un inginer calificat în domeniu, autorizat de operatorul economic Criterii tehnice: 1.Viteza de lucru 12-2000 rpm 2.Puterea de lucru min-100W 3.Nivel înalt de securitate electrica 2. Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. 3. Anul producerii dispozitivului 2022-2023	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301