

АО «Медстекло»

ИНН 7733667038

Россия, 141607, г. Клин, Московская область,

ул. Литейная, дом 20

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 104

Наименование продукции: **Флаконы ФО-1-10 НС-3 «Клин»**

Партия № 4-3

Марка стекла: **НС-3**

Дата выработки: с 19.04 по 20.04.2019 г.

Количество (т.шт.): 129,024

Контроль выполнен по ТУ 9461-010-00480514-99 с измен.1,2,3,4

№ п/п	Наименование показателей	Норма по Н Т Д	Фактические показатели
1.	Внешний вид	На поверхности и в толще стекла не допуск. сколы, посечки, продавливаемые пузыри и капилляры, инородные включения, неотмываемая стеклянная пыль, загрязнения, ярко выраженные матовые полосы, свиль-удельная разность хода лучей не более 10 млн ⁻¹	Соответствует
2.	Основные размеры	Согласно конструкторской документации	Соответствует
3.	Овальность внутреннего диаметра горла и диаметра венчика	не более 0,2 мм	Соответствует
4.	Флаконы должны быть устойчивы на горизонтальной поверхности		Соответствует
5.	Термическая стойкость	От 120 до 20 ⁰ С	Соответствует
6.	Химическая стойкость	0,8	0,48
7.	Отжиг	Удельная разность хода лучей не более 10 млн ⁻¹	Соответствует
8.	Упаковка и маркировка	Согласно треб. п.п.1.3,1.4. ТУ 9461-010-00480514-99	Соответствует

Гарантийный срок хранения- 6 лет со дня изготовления.

Заключение ОТК: Флаконы соответствуют требованиям ТУ 9461-010-00480514-99 с измен.1,2,3,4

Главный инженер:

М.Ю. Денисов

14.05.2019г.

