

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1579165718042	Data: 16 ianuarie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Reactive și consumabile de laborator pentru Laboratorul Clinic-Diagnostic, Microbiologic, Morfopatologie, SPU	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	25.VITEC 2 GN Carduri de identificare bacili Gr-negativi, fermentativi și nefermentativi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	21341	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr negativi, fermentativi și nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) ce poate fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație clinică. Acesta conține 47 de teste biochimice și un godeu martor negativ. Destinat numai diagnosticării in vitro, 20 carduri/kit.	CE,ISO
33600000-6	26. VITEC 2 AST 222 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Grnegative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	413083	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativi (AST N-222) destinat utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina sensibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi rezistenți, cu semnificație clinică. Valorile numerice sunt exprimate în µg/m, 20 carduri/kit.	CE,ISO
33600000-6	27. VITEC 2 YST-08 Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	21343	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație clinică,	CE,ISO

						inclusiv <i>C. auris</i> . Cardul contine 46 de teste biochimice. Destinat numai diagnosticării <i>in vitro</i> , 20 teste/kit.	
3360000 0-6	28. VITEC 2 AST - GN75 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	413432	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +ESBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card pentru testarea sensibilitatii (AST GN-75) bacililor Gram negativi destinat utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina sensibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica. Valorile numerice sunt exprimate in µg/m, contine testul pentru confirmarea ESBL, 20 teste/kit	CE,ISO
3360000 0-6	29. VITEC 2 GP Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri.	21342	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri de identificare bacili Grpozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) ce poate fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Acesta contine 43 de teste biochimice si este destinat numai diagnosticării <i>in vitro</i> , 20 teste/kit	CE,ISO
3360000 0-6	30. VITEC 2 AST 592 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Grpozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	22287	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card (AST P-592) pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive, destinat utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina sensibilitatea la agentii antimicrobieni a speciilor de Stafilococ, speciilor de Enterococ si <i>S. agalactiae</i> . Valorile numerice sunt exprimate in µg/m, , 20 carduri/kit.	CE,ISO
3360000 0-6	31. VITEC 2 AST-ST-03 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	421040	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card (AST ST-03) pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive, destinat utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina sensibilitatea la agentii antimicrobieni a speciilor Streptococcus,. Valorile numerice sunt exprimate in µg/m, 20 carduri/kit.	CE,ISO
3360000 0-6	32. VITEC 2 GN AST-204 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u	412865	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	Card pentru testarea sensibilitatii bacililor Gram negativi (AST N-204) destinat utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina sensibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica. Valorile numerice sunt exprimate in µg/m, contine testul pentru confirmarea ESBL, 20 carduri/kit.	CE,ISO

	aparatur: carduri						
3360000 0-6	33. Soluție NaCl 0,45%	V1204	Franta	bioMerieux	Marcaj: CE	Soluție salin de 0,45% NaCl, pH 5,0-7,2. Ambalaj - 500 ml, set/3x500ml	CE,ISO
3360000 0-6	34. Tulpini de referință Acinetobacter baumannii ATCC BAA-747	0119P	SUA	Microbiolog ics	Marcaj CE. Acinetobacter baumannii ATCC BAA-747	Acinetobacter baumannii ATCC BAA-747, 2 tulpini/set	CE,ISO
3360000 0-6	35. Tulpini de referință Klebsiella oxytoca ATCC 700324	0757P	SUA	Microbiolog ics	Marcaj CE. Klebsiella oxytoca ATCC 700324	Klebsiella oxytoca ATCC 700324, 2 tulpini/set	CE,ISO
3360000 0-6	36. Tulpini de referință Proteus vulgaris ATCC 6380	0459P	SUA	Microbiolog ics	Marcaj CE. Proteus vulgaris ATCC 6380	Proteus vulgaris ATCC 6380, 2 tulpini/set	CE,ISO
3360000 0-6	37. Tulpini de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 9721	01009P	SUA	Microbiolog ics	Marcaj CE. Pseudomonas aeruginosa ATCC 9721	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9721, 2 tulpini/set	CE,ISO
3360000 0-6	38. Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213	0365P	SUA	Microbiolog ics	Marcaj CE. Staphylococcus aureus ATCC 29213	Staphylococcus aureus ATCC 29213, 2 tulpini/set	CE,ISO
3360000 0-6	39. Tulpini de referință Candida albicans ATCC 14053	0332P	SUA	Microbiolog ics	Marcaj CE. Candida albicans ATCC 14053	Candida albicans derived from ATCC 14053, 2 tulpini/set	CE,ISO
3360000 0-6	41. Agar salin ci manit	51053	Franta	bioMerieux	Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj	Mannitol salt 2 agar, dehidratat, 500 g	CE,ISO
3360000 0-6	45. Flacoane BacT/ALERT FA Plus (fan aerobe)	410851	Franta	bioMerieux	Marcaj CE	Flacoane (BacT/Alert FA Plus) din policarbonat ce contin perle polimerice absorbante si care neutralizeaza agenti antimicrobieni; izoleaza bacterii aerobe, bacterii pretentioase, fungi si fungi filamentosi, inclusiv de la pacienti tratati cu antibiotice; nu necesita adaos de suplimente nutritive	CE,ISO
3360000 0-6	27.Miuller-Hinton	51075	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant	Mueller Hinton 2 agar, dehidratat, 500 g	CE,ISO
3360000 0-6	89. Benzi E-test imipenem cu EDTA	534200	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant	Benzi Etest Imipenem/Imipenem + EDTA, 30 Strips Blister Pack	CE,ISO

3360000 0-6	90. Benzi E-test meropenem cu EDTA	411361	Franta	bioMerieux	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant	Benzi Etest Meropenem/Meropenem + EDTA, 30 Strips Blister Pack	CE,ISO
3360000 0-6	107. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS	69285	Franta	bioMerieux	Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS	Tuburi de polistiren clare, 12x75, 5ml, 2000 buc	CE,ISO
	TOTAL						

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **20.02.2020**