

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1772436606042 din 02.03.2026
Obiectul achiziției:	Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Lot nr.1-Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale						
Lotul nr. 1 - Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale Model Biomag Lumina 3D-e clinic fără baterie AMDM DM000746676 DM000746675 DM000746670 DM000746669 DM000746667	Cehia	KAREL HRNCIR-BIOMAG	Dispozitiv pentru magnetoterapie 4 canale Descriere Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale Parametrul Specificația Alimentare 230 V 50 Hz, ± 10% Programe preselectate Min. 5 Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Ieșiri pentru aplicatoare Min. 4 Intensitate maximala disponibila pe aplicator ≥ 350 gauss (≥ 35mT) Setare intensitate 1 – 100% Frecvența Min 1-81 Hz Limba de funcționare Româna/Rusa Accesorii Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 600mm ≥1 buc Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 300mm ≥1 buc Aplicator covoraș pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți	Dispozitiv pentru magnetoterapie 4 canale Descriere Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale - DA Parametrul Specificația Alimentare 230 V 50 Hz, ± 10% - DA, Data sheet pag 1; Programe preselectate 6 canale - Data sheet pag 1; Magnetoterapie cu impulsuri - DA Timp de aplicare reglabil - Data sheet pag 1; Ieșiri pentru aplicatoare 4 - pag 12, 17, Instructions for use; Intensitate maximala disponibila pe aplicator - 35mT, DA, Data sheet pag 1; Setare intensitate 1 - 100% DA, Data sheet pag 1; Frecvența 4 - 81 Hz, DA, Data sheet pag 1; Limba de funcționare Româna/Rusa - DA Accesorii Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 600mm -1 buc - SL60-P, pag 16 Instructions for use; Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 300mm -1 buc - SL30-P, pag 16 Instructions for use;	

				<p>ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare. Lungime ~ 60-120 cm, lățime ~ 30-40 cm. sau echivalent ≥ 1 buc</p> <p>"Aplicator intensiv local Dimensiuni: lungime $\sim 15 \pm 2$ cm x 15 ± 2 c Comutator pentru impulsuri localizate sau extinse sau echivalent" ≥ 1 buc</p>	<p>Aplicator covoraș pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare- A12PM sau A11P pag 15 Instructions for use; A12PM - Lungime 140 cm, lățime 45 cm - 1 buc A11P - Lungimea 117 cm, lățimea 42 cm - 1 buc LA ALEGEREA BENEFICIARULUI FINAL Aplicator intensiv local: Dimensiuni: lungime 17cmx13cm Comutator pentru impulsuri localizate sau extinse 1 buc - A6P2, pag 15 Instructions for use; Curea de fixare - EP1.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6