

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21070604/ ocds-b3wdp1-MD-1672129951352 din 17.01.2023
Obiectul achiziției: Consumabile și seturi jetabile pentru a.2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul-1. Scutec din articole neșesute de unica folosință steril	Sterile Underbuttock Sheet 90x90 cm SP-108503	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Scutec din material neșesut, SMS stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril	Scutec din material neșesut, SMS stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril	CE/ISO
Lotul-2. Cearșaf jetabil steril	Sterile Plain Drape 160x200 cm SP-101 304	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-5. Husa pentru masa de operatii	Sterile Instrument Table Cover 200x300 cm SP-150902	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii (200cmx300cm) (+/-10cm)	Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii (200cmx300cm) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-6. Scutec de unica folosință	Dr.Comfort 60x90	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San ve Tic AS	protecție pat (60x90)(+/-10cm)	protecție pat (60x90)(+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-7. Scutec de unica folosință	Selped Large/Medium	Turcia	PAKSEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	De tip pampers, L,M, pt maturi	De tip pampers, L,M, pt maturi	CE/ISO

Lotul-9. Set steril Mayo standart Cover	Sterile Mayo Standard Cover Set SD-00201-07	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	(80x145cm) (+/-10cm)	(80x145cm) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-11. Set Husa intarita pentru suport Mayo sterila Sandart Cover	Reinforced Mayo Stand Cover Set SP-120101-02	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm)	(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-12. Set din articole neţesute sterile (pentru adenom)	Sterile TUR Pack (for adenoma) SD-08003-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set din articole neţesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearşaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecţie aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neţesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearşaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecţie aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-13. Set din articole neţesute sterile (pentru urologie)	Sterile Urology Pack SP-08003-02	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	- Set din articole neţesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearşaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc,	- Set din articole neţesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearşaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc,	CE/ISO

				- scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	- scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	
Lotul-14. Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	Sterile Laparotomy Pack SP-02006-02	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-15. Set din articole neșesute sterile pentru intervenții spinale	Sterile Spinal Pack SP-01004-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru interven.ii spinale cu nivel sporit de lichide Componen.a minima: - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reinforsata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc.	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru interven.ii spinale cu nivel sporit de lichide Componen.a minima: - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reinforsata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc.	CE/ISO

				- Câmp de Masa Mayo cu reînfrsare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc. - Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc. - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc. - Cîmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc. - Zona de incizie min.10x100. - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 145 cm de H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H2O/cm2 - Cîmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc. - Zona de absorbție Brațelor - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie rezistentă la penetrare lichine de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2	- Câmp de Masa Mayo cu reînfrsare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc. - Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc. - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc. - Cîmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc. - Zona de incizie min.10x100. - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 145 cm de H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H2O/cm2 - Cîmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc. - Zona de absorbție Brațelor - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie rezistentă la penetrare lichine de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	
--	--	--	--	---	---	--

				- Fixator pentru tuburi – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)		
Lotul-16. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții proctologie)	Sterile Proctology Pack SP-02002-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-17. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la membrul superior)	Sterile Upper Limb Pack SP-07007-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO

Lotul-18. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur)	Sterile Femur Procedures Pack SP-09028-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minima: - cear.af SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minima: - cear.af SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-19. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba)	Sterile Leg Surgery Pack SP-07002-30	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă : - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc, , - bahile „cizmulite” H min. 50cm – min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă : - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc, , - bahile „cizmulite” H min. 50cm – min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO

Lotul-20. Set din articole neșesute sterile (pentru craniotomie)	Sterile Craniotomy Pack SP-05001-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului: - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H₂O/cm² - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului: - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H₂O/cm² - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
---	--	---------------	--	---	---	---------------

Lotul-21. Set din articole nețesute sterile (pentru ORL)	Sterile ENT Pack SP-04003-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Set din articole nețesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole nețesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-22. Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala)	Sterile Urology Pack SP-08001-02	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-23. Set din articole nețesute sterile (pentru laparoscopie)	Sterile Laparoscopy Pack SP-02006-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Set din articole ne. esute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minima : - cear.af impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc,	Set din articole ne.esute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minima : - cear.af impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc,	CE/ISO

				- cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cear.af câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protec.ie aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	- cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cear.af câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protec.ie aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	
Lotul-24. Set din articole neșesute sterile (pentru masă mare de instrumente)	Sterile Instrument Table Cover 240x160 SD-01701-03	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componen.a minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorb.ie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componen.a minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorb.ie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-25. Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	Sterile General Surgery Pack SD-01701-05	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componența minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componența minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc	CE/ISO

				- Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS	- Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS	
--	--	--	--	---	---	--

				- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezisten.a lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezisten.a lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	
Lotul-26. Set urologic TUR	Sterile TUR Pack -2 SP-08002-02	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	prosop de celuloza 18x25 cm 1 x suport p/u tub 9x18 cm husa TUR 175/270x180 cm prevazuta cu punga colectoare, orificii 8 cm si 5 cm 1 x cîmp masa 150x190 cm, 75x 190 cm absorbant	prosop de celuloza 18x25 cm 1 x suport p/u tub 9x18 cm husa TUR 175/270x180 cm prevazuta cu punga colectoare, orificii 8 cm si 5 cm 1 x cîmp masa 150x190 cm, 75x 190 cm absorbant	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General
 Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL
 Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90
 Email: medglobalfarm@mail.ru
 Site: www.medglobalfarm.com