

DECIZIE

de anulare a procedurii de atribuire ☒

Nr. 1 din 10 iulie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon	022 822 622
Număr de fax	022 228 697
E-mail oficial	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mariana Bolboșenco, tel: 022 822 178 email: mariana.bolbosenco@bnm.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Spectrometru pentru analiza compoziției aliajelor
Cod CPV	38400000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1778769499004
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1778769499004?tab=contract-notice
	Data publicării: 14.05.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://bnm.md/ro/content/plan-de-achizitii-al-bnm
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: <i>nu se aplică</i>
	Link-ul: <i>nu se aplică</i>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (<u>lei</u>, fără TVA)	464 166,67

3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Invitația de participare și ofertele depuse: n/a

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

5.2. Până la termenul-limită (data 09.06.2026, ora 10:00; licitația electronică nu s-a folosit), a depus oferta 1 (unu) operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	DALU MOL SRL	1013600007534	BOAGHE Dumitru / BOAGHE Dumitru

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	DALU MOL SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat
DUAE	Prezentat
Garanția pentru ofertă	Prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Declarația privind valabilitatea ofertei	Prezentat
Declarația privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015	Prezentat
Declarația privind cauzele penale	Prezentat
Chestionarul pentru ofertant câștigător	Prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stability	Prezentat
Existența contului bancar	Prezentat
Situațiile financiare	Prezentat
Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale (cazier judiciar)	Prezentat
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Nu corespunde
Caracteristica tehnică de la producător a bunurilor oferite	Prezentat
Prezentarea actelor care atestă dreptul de livrare a bunurilor	Prezentat
Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului	Prezentat
Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile)	Prezentat
Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului	Prezentat (opțional)

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Spectrometru pentru analiza compoziției aliajelor	DALU MOL SRL	570 300,00	1 bucată	-	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
16.06.2026	DALU MOL SRL	S-a făcut clarificare privind caracteristice tehnice, și anume: 1. Domeniul elementelor analizabile - confirmarea domeniul real de analiză al echipamentului ofertat; - indicarea explicită a capacității de detectare pentru elementele: S, Cl, Ar, K, Ca, Sc; - menționarea dacă există configurații alternative sau opțiuni tehnice (ex. alt tip de detector) care permit extinderea domeniului solicitat. 2. Măsurarea grosimii straturilor Cerințele Caietului de sarcini prevăd posibilitatea	Operatorul economic DALU MOL SRL a oferit următorul răspuns, și anume: 1. Domeniul elementelor analizabile Conform confirmării producătorului, echipamentul ElvaX Jewelry Lab configurat cu calibrarea suplimentară „Metals & Alloys” permite analiza elementelor în intervalul: Cl (Z=17) – U (Z=92). Producătorul confirmă capacitatea de detectare pentru următoarele elemente: • Cl (Z=17); • K (Z=19); • Ca (Z=20); • Sc (Z=21). De asemenea, producătorul a confirmat anterior posibilitatea extinderii domeniului de analiză prin utilizarea calibrării suplimentare „Metals & Alloys”. 2. Măsurarea grosimii straturilor Producătorul confirmă că echipamentul permite detectarea și măsurarea

		determinării grosimii straturilor metalice (μm). - confirmarea dacă echipamentul permite această funcționalitate; - indicarea intervalului și precizia măsurării. 3. Numărul de elemente determinate simultan În Caietul de sarcini s-a solicitat determinarea simultană a minimum 20 elemente. - confirmarea numărului maxim de elemente ce pot fi determinate simultan; - indicarea sursei documentare (specificații producător). 4. Intervalul de determinare a concentrației S-a solicitat intervalul: 0,1% – 100%. - precizarea limitelor de detecție (LOD) ale echipamentului; - confirmarea atingerii pragului minim de 0,1% pentru elementele principale.	grosimii straturilor/acoperirilor metalice. Intervalul tipic de măsurare este de la 0,01 μm până la câțiva microni, conform informațiilor furnizate de producător. 3. Numărul de elemente determinate simultan Producătorul confirmă că spectrometrul ElvaX Jewelry Lab permite determinarea simultană a minimum 20 elemente într-o singură măsurare. Echipamentul utilizează tehnologia EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence), care permite analiza simultană a elementelor aflate în domeniul de detecție. Sursa documentară: confirmarea producătorului Elvatech Ltd. 4. Intervalul de determinare a concentrației Limitele de detecție (LOD) depind de elementul analizat, matricea probei și condițiile de măsurare. Conform producătorului: • pentru Au, Ag, Pt, Pd și Rh limitele de detecție sunt în mod tipic în intervalul 1–2 ppm, în funcție de matrice și calibrare; • pentru elemente precum Cu, Zn și Fe pot fi obținute limite de detecție în domeniul ppm în condiții optime de calibrare. Producătorul confirmă atingerea pragului minim de 0,1% pentru elementele principale analizate în aliaje.
--	--	---	---

		5. Funcția de zoom Cerințele Caietului de sarcini prevăd zoom în intervalul 1x–4x. - confirmarea existenței și tipul zoom-ului (optic/digital); - specificarea valorilor disponibile; - anexarea dovezilor (capturi interfață/manual). 6. Afișarea rezultatelor S-a solicitat afișarea rezultatelor inclusiv pentru grosimea stratului în μm. - confirmarea modul de afișare a rezultatelor; - transmiterea exemplelor de rapoarte generate. 7. Stabilitatea metrologică S-a solicitat în Caietul de sarcini „Stabilitate pe termen lung fără recalibrări frecvente” însă Manualul prezentat indică necesitatea verificărilor periodice. - precizarea frecvenței necesare a calibrării; - descrierea procedurii de calibrare automată/manuală); - confirmarea nivelului de stabilitate al echipamentului.	5. Funcția de zoom Echipamentul este prevăzut cu cameră video integrată pentru poziționarea probei și vizualizarea zonei analizate. Conform manualului de utilizare, imaginea video poate fi afișată pe întregul ecran („full screen”) prin atingerea imaginii pe ecranul tactil. De asemenea, echipamentul poate fi dotat cu schimbător automat de colimatoare cu 5 poziții pentru selectarea diferitelor diametre ale spotului de analiză. 6. Afișarea rezultatelor Conform manualului de utilizare, rezultatele pot fi afișate în mai multe moduri: • Spectrum (spectrul măsurat); • Composition (compoziția elementară); • Alloy (identificarea aliajului); • Fineness of Precious Metal (titlul metalului prețios și detectarea placării/acoperirii). Rezultatele sunt afișate pe ecranul tactil integrat și sunt salvate automat în memoria echipamentului. 7. Stabilitatea metrologică Conform producătorului, echipamentul nu necesită recalibrări periodice obligatorii. Se recomandă doar verificarea calibrării energetice aproximativ o dată pe lună, conform procedurii de validare descrise în manual. Echipamentul utilizează detector SDD și algoritmi de analiză bazați pe metoda parametrilor fundamentali (Fundamental Parameters), asigurând stabilitate pe termen
--	--	--	---

		8. Configurația măsurării S-a solicitat direcția de măsurare „de jos în sus”. - descrierea modului de operare al echipamentului oferat; - confirmarea corespunderii cerinței sau explicarea diferențelor. 9. Setul de livrare și etaloane Cerințele Caietului de sarcini prevăd furnizarea unui set complet de etaloane pentru calibrare. - prezentarea listei complete a etaloanelor incluse; - confirmarea utilizării acestora pentru metale prețioase. 10. Software și export de date Se solicită export în format PDF/CSV. - confirmarea formatelor de export disponibile; - precizarea dacă exportul direct în PDF este posibil sau prin soluții alternative.	lung în condiții normale de exploatare. 8. Configurația măsurării Proba se amplasează pe fereastra de măsurare din interiorul camerei de analiză, după care capacul se închide și măsurarea începe automat sau prin apăsarea butonului START. Analiza se efectuează asupra zonei selectate prin intermediul camerei video integrate și al sistemului optic de poziționare. 9. Setul de livrare și etaloane Conform manualului de utilizare, setul standard de livrare include: • spectrometrul ElvaX Jewelry Lab; • adaptor de alimentare; • probă de control (Control Sample – Bronze); • memorie USB cu software; • rolă de folie protectoare Mylar; • greutate etalon (opțional, în funcție de configurație). Proba de control este utilizată pentru verificarea funcționării și validarea performanțelor echipamentului. 10. Software și export de date Conform manualului de utilizare, software-ul permite: • exportul rapoartelor individuale în format RTF; • exportul jurnalelor de măsurare în format CSV; • transferul datelor prin USB, MicroSD și alte interfețe disponibile. Generarea documentelor PDF poate fi realizată prin intermediul funcțiilor standard de imprimare/export ale sistemului de operare.
19.06.2026	DALU MOL SRL	S-a solicitat prezentarea documentelor confirmative aferente tuturor caracteristicilor tehnice declarate, transmiterea	Operatorul economic DALU MOL SRL a prezentat răspuns detaliat pentru fiecare punct solicitat, însoțit de referințe exacte la documentele oficiale ale

		pentru fiecare cerință tehnică la care s-a oferit răspuns, documente justificative relevante, după cum urmează: • <i>fișe tehnice oficiale ale producătorului (datasheet);</i> • <i>manualul de utilizare;</i> • <i>documente tehnice privind configurația exactă a echipamentului oferat (inclusiv calibrări/opțiuni incluse);</i> • <i>capturi de ecran ale interfeței software (unde este cazul);</i> • <i>exemple de rapoarte generate de echipament;</i> • <i>orice alte documente oficiale care confirmă parametrii tehnici declarați.</i> Documentele prezentate trebuie să fie emise de producător sau să reprezinte extrase verificabile din documentația tehnică oficială și să facă referire explicită la modelul de echipament oferat, inclusiv configurația propusă în cadrul prezentei proceduri.	producătorului. Răspunsul este inclus în scrisoarea nr.667 din 24.06.2026, expus pe 57 de pagini.
09.07.2026	DALU MOL SRL	S-a solicitat confirmarea care dintre contractele transmise demonstrează în mod concret executarea unor livrări similare cu obiectul prezentei achiziții. Autoritatea contractantă a constatat că documentele depuse vizează achiziționarea de acumulatori pentru registratoare video, piese electrice, mijloace speciale de protecție și un pH-metru de laborator, bunuri care nu par să corespundă cerințelor	Operatorul economic a menționat că deține cunoștințele, experiența tehnică, capacitatea organizatorică și resursele necesare pentru furnizarea spectrometrului solicitat și îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În acest sens, s-a anexat o scrisoare explicativă cu argumentele operatorului economic DALU MOL SRL.

		de similaritate din documentația de atribuire.	
--	--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
DALU MOL SRL	Oferta DALU MOL SRL pentru lotul „Spectrometru pentru analiza compoziției aliajelor” se respinge în temeiul art.69 alin.(6) lit.a) și lit.b) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, deoarece: I. Ofertantul nu întrunește cerința privind demonstrarea experienței în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, deoarece informațiile prezentate în Anexa nr. 12 „Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate”, precum și contractele depuse spre confirmare, nu demonstrează executarea unor livrări similare obiectului achiziției. Analiza documentelor prezentate relevă faptul că acestea vizează achiziționarea de acumulate pentru registratoare video, piese electrice, mijloace speciale de protecție și un pH-metru de laborator, bunuri care nu sunt similare și nu pot fi considerate relevante pentru confirmarea experienței în livrarea echipamentelor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție. II. Oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, la următoarele caracteristici tehnice solicitate: 1. Măsurarea grosimii straturilor de acoperire metalică - deși ofertantul declară posibilitatea determinării grosimii straturilor, documentația prezentată conține exclusiv exemple de rezultate exprimate în procente de masă (%), aferente analizei compoziționale. Nu sunt prezentate dovezi concrete (rapoarte, capturi sau exemple) privind afișarea rezultatelor în unități de grosime (μm) pentru straturi simple sau multistrat. Anexele nr. 8, 9 și 10 din documentul „Răspuns cu clarificări” prezentate urmare a clarificărilor evidențiază exclusiv rezultate exprimate în %. În aceste condiții, cerința privind determinarea și afișarea grosimii straturilor în μm nu este demonstrată în mod verificabil, ceea ce constituie o neconformitate tehnică a ofertei. 2. Elemente analizabile: cel puțin de la S (16) până la U (Z=92) Informația prezentată privind domeniul elementelor analizabile are caracter preponderent declarativ și nu este confirmată în mod suficient prin documentație tehnică oficială. Domeniul inițial declarat în documentele depuse la ofertă este Ti (Z=22) – U (Z=92), inferior cerinței minime stabilite (S (Z=16) – U (Z=92)). În urma clarificărilor, detectarea elementului S (Z=16) este susținută exclusiv printr-o scrisoare de confirmare a producătorului, cu caracter declarativ, fără a fi demonstrată prin

documente tehnice standardizate (fișe tehnice, manual, parametri de performanță).

În aceste condiții, cerința privind domeniul elementelor analizabile nu este demonstrată în mod verificabil, ceea ce constituie o neconformitate tehnică a ofertei.

3. Numărul maxim de elemente determinate simultan într-un aliaj: minim 20 - în urma clarificărilor, ofertantul a prezentat afirmația privind determinarea simultană a minimum 20 de elemente, care nu este demonstrată în mod suficient prin documentele anexate.

Deși echipamentul utilizează tehnologia EDXRF și dispune de caracteristici hardware adecvate, documentația prezentată nu conține confirmări explicite ale acestui parametru, iar exemplele furnizate evidențiază determinarea unui număr limitat de elemente (4 elemente într-un raport real). În aceste condiții, cerința privind determinarea simultană a minimum 20 de elemente nu este confirmată în mod verificabil, ceea ce generează dubii privind conformitatea ofertei cu cerința tehnică solicitată.

4. Factor zoom – 1x, 2x, 3x, 4x - În ceea ce privește cerința privind zoom-ul în intervalul 1x–4x, se constată că echipamentul ofertat nu dispune de funcție de zoom optic sau digital, fapt confirmat explicit de producător.

Funcționalitățile prezentate (vizualizare full-screen și utilizarea colimatoarelor pentru reducerea spotului de analiză) nu reprezintă o funcție de zoom în sensul cerinței tehnice și nu pot fi considerate echivalente acesteia.

Prin urmare, cerința privind funcția de zoom nu este îndeplinită, iar această abatere constituie o neconformitate tehnică clară a ofertei.

5. Analiza straturilor simple și multistrat;

Determinarea straturilor de aur, argint, rodii și echivalente;

Rezultatele să fie afișate numeric (μm) - deși ofertantul declară posibilitatea analizei straturilor simple și multistrat și a determinării grosimii acestora cu afișare în μm , documentația prezentată conține exclusiv exemple de rezultate exprimate în procente de masă (%), aferente analizei compoziționale.

Nu sunt prezentate dovezi concrete (rapoarte, capturi sau exemple) privind determinarea grosimii straturilor și afișarea rezultatelor în unități de grosime (μm) pentru straturi simple sau multistrat.

În aceste condiții, cerința privind analiza straturilor și afișarea numerică a grosimii în μm nu este demonstrată în mod verificabil, ceea ce constituie o neconformitate tehnică a ofertei.

6. Detector semiconductor adecvat analizelor XRF ale metalelor prețioase (de tip Si-PIN sau echivalent) - detectorul semiconductor propus (SDD – Silicon Drift Detector) poate fi considerat echivalent sau superior tipului Si-PIN solicitat.

Cu toate acestea, în documentația prezentată apar neclarități privind configurația detectorului, fiind indicate atât caracteristici

	aferente detectorului Si-PIN, cât și includerea detectorului SDD ca opțiune suplimentară. În lipsa unei prezentări univoce și verificabile a configurației finale a echipamentului oferat, nu se poate confirma în mod cert tipul detectorului livrat și conformitatea acestuia cu cerința stabilită. În aceste condiții, cerința privind detectorul nu este demonstrată în mod clar și verificabil, ceea ce generează o neconformitate tehnică a ofertei. 7. Echipamentul va fi livrat ca sistem complet, incluzând: unitate de calcul (PC) – 1 (buc.); set de etaloane de calibrare adecvate pentru aplicațiile de analiză a metalelor prețioase și aliajele acestora, care să permită calibrarea și verificarea corectitudinii măsurărilor, setul de etaloane poate include etaloane de aliaje și/sau elemente pure în funcție de soluția tehnică a producătorului și condiția demonstrării funcționalității complete – 1 (buc.) - ofertantul nu a prezentat livrarea unei unități de calcul (PC) distincte, conform cerinței exprese din caietul de sarcini, propunând în schimb un calculator integrat (embedded PC) incorporat în echipament. Din analiza caracteristicilor tehnice rezultă că soluția propusă reprezintă un sistem dedicat exclusiv operării echipamentului și nu poate fi asimilată unei unități de calcul independente, cu funcționalități generale și utilizabile separat, așa cum a fost solicitat. Deși în ofertă este menționată existența unui set de etaloane de calibrare, din clarificările prezentate rezultă că echipamentul nu utilizează etaloane pentru calibrare, fiind bazat exclusiv pe metoda Parametrilor Fundamentali (FP), iar verificarea performanței se realizează doar cu o probă de control (Bronze). Această abordare nu asigură funcționalitatea de calibrare solicitată și nu poate fi acceptată ca echivalent al cerinței stabilite privind utilizarea etaloanelor. În aceste condiții, oferta nu demonstrează conformitatea deplină cu specificațiile tehnice obligatorii, iar abaterile identificate vizează cerințe esențiale ale caietului de sarcini.
--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Spectrometru pentru analiza compoziției aliajelor	-	-	-	-	-
TOTAL				-	-

Anularea procedurii de achiziție publică: Da.

Argumentarea: În urma desfășurării procedurii de achiziție, grupul de lucru pentru achiziții a decis anularea procedurii de achiziție „Spectrometru pentru analiza compoziției aliajelor” în temeiul art.71 alin.(1) lit.c) și lit.d) liniuța a 3-a din Legea nr.131/2015, deoarece ofertantul nu întrunește condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire și oferta nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura electronică
1	ȘCHENDRA Constantin	Președinte al grupului de lucru	
2	PISARENCO Olga	Președintă adjunctă a grupului de lucru	
3	CREȚU Corneliu	Președinte adjunct al grupului de lucru	
4	CEPELIUC Victoria	Membră a grupului de lucru	
5	CRECIUN Ilie	Membru al grupului de lucru	
6	BATRÎNU Oxana	Membră a grupului de lucru	
7	PANFIL Gheorghe	Membru al grupului de lucru	
8	BOLBOȘENCO Mariana	Secretară a grupului de lucru	