

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

Universitatea de Stat din Moldova
16 decembrie 2025
Olga Bordian, Tel: 022241240, E-mail: olga.bordian@usm.md
ocds-b3wdp1-MD-1765382522291 din 16.12.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1 IGPPP Cifru proiectului 25.80012.5107.15SE								
1.1.	38310000-1	Balanță digitală analitică	APN 220	Polonia	Axis	Balanța analitică cu capacitate maximă 220 g, precizia 0,0001g Repetabilitate și linearitate +/- 0,0002 g Calibrare internă autonomă cu platan inox 80-90 mm, se asigură cântărire de înaltă precizie. Temperatura de lucru: minim +10- +15 °C, maxim +35 - +40 °C. Timp de stabilizare < 5sec. Scut de protecție din sticlă Interfata RS-232, se livrează cu soft Garanția de la producător min – 24 luni Termen de livrare - 25 zile	Balanța analitică APN 220, cu capacitate maximă 220 g, precizia 0,0001g Repetabilitate și linearitate +/- 0,0002 g Calibrare internă autonomă cu platan inox 80-90 mm, se asigură cântărire de înaltă precizie. Temperatura de lucru: +18C, maxim +38 °C. Timp de stabilizare < 5sec. Scut de protecție din sticlă Interfata RS-232, se livrează cu soft Garanția de la producător – 24 luni Termen de livrare - 25 zile	ISO, CE Marca
Lot 2 Departament Chimie Industrială și Ecologică "acad. Gh. Duca"								
2.1.	38310000-1	Balanță analitică	APN 220	Polonia	Axis	- Capacitatea maximă de cântărire (max): nu mai mică de 220 g; - Unitatea de citire: 0,0001 g; - Clasa de precizie: I; - Reproducibilitate: 0,1-0,2 mg; - Linearitatea: ± 0,2-0,3 mg. - Autocalibrare; - Stabilizare – nu mai mult de 5 s; - Display – LCD; - Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	- Capacitatea maximă de cântărire (max): nu mai mică de 220 g; - Unitatea de citire: 0,0001 g; - Clasa de precizie: I; - Reproducibilitate: 0,1 mg; - Linearitatea: ± 0,2 mg. - Autocalibrare; - Stabilizare – nu mai mult de 5 s; - Display – LCD; - Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCIMIE"
Nicolae Iurcu