

Specificații tehnică

Numărul licitației: 21180240 (ocds-b3wdp1-MD-1709206751073) din 22.03.2024

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2024 (loturi neachizitionate)							
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 1						
1.1	Analizator Selectra Pro-M	Selectra Pro M	Franta	ElitechGroup, Vital Scientific	conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad in	Cerificat training
1.2	Analizator Selectra Pro XS	Selectra Pro XS	Franta	ElitechGroup, Vital Scientific			Cerificat training
1.3	Analizator Selectra Pro XL	Selectra Pro XL	Franta	ElitechGroup, Vital Scientific			Cerificat training
	LOT 10						
10.1	Ultrasonograf Logiq P9	Logiq P9	SUA	GE HealthCare	conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul	Cerificat training
	LOT 12						
12.1	Analizator Easy Lyte	K/Na	SUA	Medica	conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale niese, acestea vor face obiectul	Cerificat training
	LOT 13						

13.1	Centrifuga Rotofix 32A				conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad in sarcina beneficiarului.	Cerificat training
		Rotofix 32A	Germania	Hettich			
	LOT 16						
16.1	Analizator Stat Fax 303 Plus				conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Costul pieselor cad in sarcina beneficiarului.	Cerificat training
		Stat Fax 303	SUA	Awareness			

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Besirik Inga, in calitate de: administrator**

Ofertantul: „Intermed-Service” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2