

Specificații Tehnice (F4.1)

Data: 21.12.2022

Alternativa :
Nu se oferă

Numarul COP: 21048297

Pagina: 1 din 2

Denumirea Autorității Contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

Denumirea LP: "Achiziționarea serviciilor de descriere a utilajului radiologic pentru anul 2022 prin procedura de achiziție COP "

Nr.	d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Servicii									
Lotul 4	50400000-9	Siemens Dispozitiv radiografic mobil Mobiliet Plus, Siemens		Mobiliet Plus	Germania	Siemens	<p>Mentenanța, calibrare, testare</p> <p>Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu biinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de descriere” și în documente ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a servicii, care va fi semnat de biinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de descriere preventiv, sau la cerința beneficiarului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p>	<p>Mentenanța, calibrare, testare</p> <p>Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu biinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de descriere” și în documente ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a servicii, care va fi semnat de biinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de descriere preventiv, sau la cerința beneficiarului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p>	CE,ISO

	Lotul 8	50400000-9	Sistem radiografic Sireskop BD-CX, Siemens	Sireskop BD-CX	Germania	Siemens	<p>Mentenananta, calibrare, testare</p> <p>Cerinte generale Toate activitățile se coordonează cu biinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „fișa de descriere” și în documentele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de biinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de descriere preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, primiere etc.)</p>	<p>Mentenananta, calibrare, testare</p> <p>Cerinte generale Toate activitățile se coordonează cu biinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „fișa de descriere” și în documentele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de biinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de descriere preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, primiere etc.)</p>	CE,ISO
--	---------	------------	--	----------------	----------	---------	--	--	--------

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu
În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7

Specificații Tehnice (F4.2)

Data: 21.12.2021

Alternativa: Nu se ofera

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul Mamei si Copiului

Pagina: 1 din 1

Denumirea COP: "Achiziționarea serviciilor de deservire a utilajului radiologic pentru anul 2022 prin procedura de achiziție COP "

Nr.	d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Un.de măsură	Canit atea	Preț Unitar fără TVA lunar	Preț Unitar cu TVA lunar	Suma fără TVA,12 luni	Suma cu TVA,12 luni	Termenul de livrare /prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Lotul 4. Mobilet Plus, Siemens											
1	50400000-9		Siemens Dispozitiv radiografic mobil Mobilet Plus, Siemens	buc	1	1 915,00	2 298,00	22 980,00	27 576,00	Lunar si la solicitare	MD73TRPCC518430A000006AA
Suma Totala Lotul 4:								22 980,00	27 576,00		
Lotul 8. Sirescop BD-CX, Siemens:											
1	50400000-9		Sistem radiografic Sireskop BD-CX, Siemens	buc	1	2 940,00	3 528,00	35 280,00	35 376,00	Lunar si la solicitare	MD73TRPCC518430A000006AA
Suma Totala Lotul 8:								35 280,00	35 376,00		
Suma totala a Ofertei in Lei MD:								58 260,00	62 952,00		

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " _____
20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista, 93
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21048297 din (08.12.2021), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului servicii de deservire a utilajului radiologic. (denumirea contractului de achiziție publică), noi IM Vivamed International SRL denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 21.12.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat
IM Vivamed International SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din „ _____ ”
_____ 20

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista, 93

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea serviciilor de
deservire a utilajului radiologic pentru anul 2022

prin procedura de achiziție COP Nr. 21048297,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul),
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Data completării 21.12.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

IM Vivamed International SRL

(semnătura autorizată)