

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1678103652401 din 27.03.2022
Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3 Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST	KLAB RF360CC PL ADV	Italia	KW Apparecchi Scientifici S.r.l.	Conform caietului de sarcini	Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între 0 °C și +10 °C; Congelator: reglabil între 0 °C și minim -25 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta ~ 180/165 lit; Congelator bruta/neta ~ 180/165 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Uși reversibile; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC.	ISO, Certificat de validare

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau